



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2020973

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TEK LUMENLİ ARTER KATETERİ 1.7 MM(SELDINGER METODU-FEMORAL)	50,00	ADET
---	---	-------	------

TEKLİF NO : 2020973
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

218.0168.000	TEK LUMENLİ ARTER KATETERİ 1.7 MM(SELDINGER METODU-FEMORAL)	ADET	50
--------------	---	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5062) TEK LUMENLİ ARTER KATETERİ 1.7 MM(SELDINGER METODU-FEMORAL)

Açıklama : TEK LUMENLİ ARTER KATETERİ 1.7 MM(SELDINGER METODU-FEMORAL)

1. Kateter, 11-20cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kateter, Seldinger tekniği ile takılabilir olmalıdır.
3. Kateter, 5F , 1.7 mm. çapında olmalıdır.
4. Kateter, PTFE (Polytetra Floretilen) veya PÜ (poliüretan) olmalıdır.
5. Kateter, XRO olmalıdır.
6. iğne; 0.89-0.92 mm. dış çapında olmalıdır.
7. Kateter, hasta üzerinde 30 güne kadar kalabilmelidir.
8. Kateter, kullanımı sırasında kink yapmamalıdır. (materyal hafızalı olmalı, bükülme halinde tekrar eski haline dönebilmelidir.)
9. Set steril olmalıdır.