



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2020983

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ	2,00	ADET
---	--	------	------

TEKLİF NO : 2020983
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0041.000	ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ	ADET	2
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4793) ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ

Açıklama : ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ

1. Yabancı cisim çıkartmak amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Filenin yapısı yabancı cisimleri kolaylıkla tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan cisimlerin tekrar düşmemesi amaçlı fileye yapışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Optimum bir patolojik inceleme için hasarsız olarak çıkartılabilecek özellikte olmalıdır.
4. Snare disposable olmalıdır.
5. Filenin polip ve yabancı cisimleri çıkartmak için farklı ölçüleri bulunmalıdır.
6. Filenin kılıf çapı standart yabancı cisim çıkartmak amaçlı 2.5mm olmalıdır.
7. Filenin yaklaşık ölçüsü sadece standart yabancı cisim çıkartmak amaçlı 3x6cm olmalıdır.
8. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır. Her ürünle birlikte bio shield verilmeli.
9. File tek elle manipulasyona izin verecek yapıda olmalıdır.
10. File prosedür esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
11. Filenin uluslararası kalite belgelerinden (CE-FDA) en az birine sahip olmalıdır.