



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201447

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/03/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TEK KULLANIMLIK HEKİM KORUYUCU MASKE	1.000,00	ADET
2	KORUYUCU ONLUK	1.600,00	ADET

TEKLİF NO : 20201447
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

294.0023.000	TEK KULLANIMLIK HEKİM KORUYUCU MASKE	ADET	1000
298.0382.000	KORUYUCU ONLUK	ADET	1600

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6400) KORUYUCU ONLUK

Açıklama : KORUYUCU ONLUK

1. Önlük materyali ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek, ancak hava geçirgen dokuya sahip 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven sıvı geçirmez materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Hipoalerjenik olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalı ve yaka açıklığı velcro (cırt cırt) ile ayarlanabilmelidir.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm olmalıdır.
11. Renk lacivert olmalıdır.
12. Beden ölçüleri tek tip ve yetişkin kullanımına uygun olmalıdır.
13. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 1 adet numune bırakılmalıdır
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(6372) TEK KULLANIMLIK HEKİM KORUYUCU MASKE

Açıklama : TEK KULLANIMLIK HEKİM KORUYUCU MASKE

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Gözlük kullanan hekimlerin de rahatlıkla kullanabileceği yapıda olmalıdır.
4. Alın bandı ve siper olmak üzere iki ana bölümden oluşmalıdır.

5. Alın bandı ip bağlama sayesinde tüm kullanıcılara ayarlanabilmelidir.
6. Siper, Polikarbonat içerikli olmalı ve hekimin gözünü yormamalıdır.
7. Siper verilen nefesten etkilenmemeli, buğu yapmamalıdır.
8. Siper, alın bandına özel lastik düğme sayesinde tutturulmalı ve istenilen açığa ayarlanabilmelidir.
9. Siperin iki yüzeyi de koruyucu film kaplı olmalı kullanım öncesi hekim tarafından çıkarılabilmelidir.
10. 10 adet numune değerlendirme için bırakılmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
12. Ürün ile ilgili dökümanlar numune tesliminde verilmelidir.
13. Yüklenici firma tarafından teslim edilen ürün numune ile birebir aynı özellikte olmalıdır.