



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201615

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/03/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	YETİSKİN TRANSPORT VENTILATOR SETİ	100,00	ADET
---	------------------------------------	--------	------

TEKLİF NO : 20201615
NOT : ÖDEMELER 180 GÜN 22/Ç KAPSAMINDADIR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

226.0020.000	YETISKIN TRANSPORT VENTILATOR SETİ	ADET	100
--------------	------------------------------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5389) YETISKIN TRANSPORT VENTILATOR SETİ

Açıklama : YETISKIN TRANSPORT VENTILATOR SETİ

1. İnvaziv yada noninvaziv hastalarda ventilasyon desteği sağlama amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Her sette maske bağlama parçası, oksijen bağlantı hortumu ve acil transfer ventilatörü olmalıdır.
3. Ventilatör hava basıncını algılayıcı sisteme sahip olmalı ve otomatik olarak ayar yapabilmelidir.
4. Ventilatör sağlanan hava basıncını ve hacmini kontrol etme imkanı olmalıdır.
5. Ventilatörde peep ayarı yapılabilmeli ve üzerindeki gösterge sayesinde bu ayar izlenebilmelidir.
6. Set Inspiratory-expiratory resistance 3+1cm H₂O/lt/dakika olmalıdır.
7. Ambulanslarda bulunan mevcut oksijen monometreleri ve transfer tüplerine uyum sağlamalıdır.
8. MR uyumlu olmalıdır.
9. Set latex içermeyen yapıda ve disposable olmalıdır.