



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201630

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/03/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DISPOSABLE KORUMALI ÖNLÜK	7.500,00 ADET
---	---------------------------	---------------

TEKLİF NO : 20201630
NOT : ÖDEMELER 180 GÜN 22/Ç KAPSAMINDADIR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

245.0007.000	DISPOSABLE KORUMALI ÖNLÜK	ADET	7500
--------------	---------------------------	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5074) DISPOSABLE KORUMALI ÖNLÜK

Açıklama : DISPOSABLE KORUMALI ÖNLÜK

- Önlükte kullanılan kumaş hava geçirgen, medikal nonwoven, antistatik, non allerjenik, sıvı geçirmeyen malzemeden olmalıdır. Kumaş kalınlığı 50 g/m² olmalıdır.
- Önlüklerin kol manşetleri kullanıma rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı ve eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
- Önlüğün boyun kısmı sürtünmeyle cildi tahriş etmeyen yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
- Önlük iç ve dış bağcıklarının bağlama sırasında kopmaması için bağcıklar çapraz dikiş ile dikilmiş olmalıdır.
- Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı beden hareketleri ile dikişler açılmayacak kadar sağlam dikilmiş olmalıdır.
- Önlüğün göğüs ve kol kısımları çift kat kumaştan üretilmelidir. Önlüğün göğüs kısmında bulunan koruma boyun bölgesinden başlayıp etek ucuna kadar uzanmalıdır, kollarda ise manşetten başlayıp omuza kadar olmalıdır.
- Önlükler sitostatik ilaçları geçirmemelidir.
- Üretici firmaların ISO 13485 Kalite Güvence Sistemi Belgesi ve ürünlerin CE markası olmalıdır.
- Bir adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.
- Ürün etiketinde; üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalı, üretici firmaya ait bilgiler tam ve güncel olmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle en az 10 adet numune bırakılmalıdır