



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201971

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 02/04/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU	2.000,00	ADET
2	TEK KULLANIMLIK HEKİM KORUYUCU MASKE	5.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20201971
NOT : ODEME VADESİ BELİRTİLMESİ RİCASI İLE
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0007.000	KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU	ADET	2000
294.0023.000	TEK KULLANIMLIK HEKİM KORUYUCU MASKE	ADET	5000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6372) TEK KULLANIMLIK HEKİM KORUYUCU MASKE

Açıklama : TEK KULLANIMLIK HEKİM KORUYUCU MASKE

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Gözlük kullanan hekimlerin de rahatlıkla kullanabileceği yapıda olmalıdır.
4. Alın bandı ve siper olmak üzere iki ana bölümden oluşmalıdır.
5. Alın bandı ip bağlama sayesinde tüm kullanıcılara ayarlanabilmelidir.
6. Siper, Polikarbonat içerikli olmalı ve hekimin gözünü yormamalıdır.
7. Siper verilen nefesten etkilenmemeli, buğu yapmamalıdır.
8. Siper, alın bandına özel lastik düğme sayesinde tutturulmalı ve istenilen açığa ayarlanabilmelidir.
9. Siperin iki yüzeyi de koruyucu film kaplı olmalı kullanım öncesi hekim tarafından çıkarılabilmelidir.
10. 10 adet numune değerlendirme için bırakılmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
12. Ürün ile ilgili dökümanlar numune tesliminde verilmelidir.
13. Yüklenici firma tarafından teslim edilen ürün numune ile birebir aynı özellikte olmalıdır.

(3615) KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU

Açıklama : KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU

1. Kullanıcıyı kan ve enfekte vücut sıvılarına karşı korumalıdır.
2. Kullanım sırasında buğu yapmamalıdır.
3. Steril edilebilmelidir (buhar veya etilen oksit)
4. Çok kullanımlık olmalıdır.
5. Hareketli çerçeve sapları olmalıdır.
6. Sapları anatomik olarak yüz kıvrımlarıyla uyumlu olmalı ve geniş görüş alanı sağlamalıdır.
7. Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.

8. Saplarında ip bağlama deliği bulunmalıdır.
9. CE belgesi bulunmalıdır.
10. Ürün ambalajlı (kutu/ poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde belirtilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
12. Değerlendirme için 2 adet numune verilmelidir.