



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201973

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/04/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ALKOLLU YUZEY DEZENFEKTANI	1.200,00	LİTRE
2	VAZELİN KATI KG.	300,00	KİLOGRAM
3	FLUORESCEİN PAPER (100'LUK POSET)	100,00	POŞET
4	SCHIRMER KAGIDI	1.000,00	ADET
5	HUCRE KÜLTÜR TUPU 12 ML	3.000,00	ADET
6	PIPET PASTOR PLASTİK (STERİL)	20.000,00	ADET
7	KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)	20.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20201973
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0008.000	ALKOLLU YUZEY DEZENFEKTANI	LİTRE	1200
298.0070.000	VAZELİN KATI KG.	KİLOGRAM	300
292.0018.000	FLUORESCİİN PAPER (100'LUK POSET)	POŞET	100
292.0032.000	SCHIRMER KAGIDI	ADET	1000
293.0142.000	HÜCRE KÜLTÜR TUPU 12 ML	ADET	3000
293.0249.000	PIPET PASTOR PLASTİK (STERİL)	ADET	20000
300.0046.000	KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)	ADET	20000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5448) VAZELİN KATI KG.

Açıklama : VAZELİN KATI KG.

- Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
 - 303.0017.000 kod numaralı Etil Alkol için SİGMA 459844 veya muadili olmalıdır.
 - 303.0002.000 kod numaralı Aseton için SİGMA 179124 veya muadili olmalıdır.
 - 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
 - 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
- Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(5467) HÜCRE KÜLTÜR TUPU 12 ML

Açıklama : HÜCRE KÜLTÜR TUPU 12 ML

- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
- Hücre kültürü için özel işlemlenmiş olmalıdır.
- Tüp 17x100 mm ebatlarında olmalıdır, 12 ml hacminde olmalıdır.
- Tüp polisitren, kapak yüksek dansiteli polietilen olmalıdır.
- Konik dipli olmalıdır.
- Tüp tabanı etekli olmalıdır (tüp portüpsüz dik durabilmelidir).

7. 'DNase, RNase, human DNA, pyrogens free' olmalıdır.
8. Non-sitotoksik olmalıdır.
9. -20 ve +60 derece arasında kullanılabilmelidir.
10. Üretim tarihinden itibaren 4 yıllık bir kullanım süresi olmalıdır.
11. 5'li paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
13. Üretici firma laboretuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(7600) FLUORESCEIN PAPER (100'LUK POSET)

Açıklama : FLUORESCEIN PAPER (100'LUK POSET)

1. Flöresein emdirilmiş kağıtlar göz ön segment muayenelerinde korneayı boyamak amaçlı kullanılır.
2. Paket içerisinde 100 adet olacak şekilde steril sarılmış olmalıdır.
3. Teklif edilecek ürün, Haag-Streit markasının piyasada yer alan "flourescein paper" isimli ürününe kalite açısından benzer ve denk özellikte olmalıdır.
4. Teklif verecek firmalar, satın alma işleminin tamamlanmasından önce ürünlerinden deneme numunesi göndermek zorundadır

(5919) KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)

Açıklama : KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)

1. İğneler paslanmaz çelik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Kalem iğneleri tüm kalemlerle uyumlu olmalıdır.
3. Kalem iğnesi 4 mm veya 5 mm uzunluklarında olmalıdır.
4. İğnelerin kaleme kolaylıkla takılıp çıkarılabilmesini sağlayan vidalama sistemi bulunmalıdır.
5. İğne ucunda enjeksiyon sırasında acı hissi oluşmasını engelleyen silikon kaplama bulunmalıdır.
6. Lateks içermemelidir.
7. CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Raf ömrü 60 ay (5 yıl) olmalıdır.
9. Kalem iğnesinin içte bulunan kapağı görme sorunu olan hastaların dikkatini çekmesi için farklı renkte olmalıdır.
10. 100'lük kutular halinde teslim edilmelidir. Kutu üzerinde barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
12. Şartnameye uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. İnce duvar teknolojisi ile üretilmiş olmalı bu sayede iğne dış çapı sabit olmasına rağmen, iç çapı genişletilmiş olmalıdır. İğneden insülin akışı kolay ve pistonu uygulanan güç az olmalıdır.
14. Beş kesitli iğne ucu geometrisine sahip olmalı bu sayede cilde kolay girerek travmayı azaltmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde üretim ve SKT belirtilmelidir.

(4533) PIPET PASTOR PLASTİK (STERİL)

Açıklama : PIPET PASTOR PLASTİK (STERİL)

1. Polietilenden üretilmiş ve steril olmalıdır.
2. Pipetlemede damla büyüklüğü eşit olmalı, sıvı akımı kolaylıkla hassas olarak kontrol edilebilmelidir.
3. Ürün ambalajı sterilitesi bozulmadan yardımsız açılabilir ambalajda olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi belirtilmelidir.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkod basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(5933) SCHIRMER KAGIDI

Açıklama : SCHIRMER KAGIDI

1. Oftalmik kullanıma uygun ve kapalı ambalajda olmalıdır.
2. 0-35 mm arası ölçekli olmalıdır.
3. 100 'lük kutuda steril olmalıdır.
4. Ürünler steril kullanıma hazır teslim edilmelidir.
5. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır.
8. Üretici firma değerlendirme için numune temin etmelidir.