



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201264

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 11/03/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	USG PRINTER KAGIDI MITSUB.K65HM	220,00	ADET
2	OLC.PIPET 10ML KIRMIZI (TEK TEK STERİL)	750,00	ADET
3	PORSELEN ÇUKUR YEMEK TABAĞI	1.500,00	ADET
4	IDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)	4.000,00	ADET
5	IDRAR TOPLAMA TORBASİ (ERKEK)	4.000,00	ADET
6	SFT BLOK AGIZLIGI (FILTRELİ - PEDIATRİK)	3.000,00	ADET
7	PERNOZ DREN İNCE 1/2	1.100,00	ADET

TEKLİF NO : 20201264
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

292.0046.000	USG PRINTER KAGIDI MITSUB.K65HM	ADET	220
293.0037.000	OLC.PIPET 10ML KIRMIZI (TEK TEK STERİL)	ADET	750
305.0021.000	PORSELEN CUKUR YEMEK TABAGI	ADET	1500
293.0241.000	IDRAR TOPLAMA TORBASI (KIZ)	ADET	4000
293.0242.000	IDRAR TOPLAMA TORBASI (ERKEK)	ADET	4000
299.0017.000	SFT BLOK AGIZLIGI (FILTRELİ - PEDIATRİK)	ADET	3000
304.0065.000	PERNOZ DREN INCE 1/2	ADET	1100

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3678) OLC.PIPET 10ML KIRMIZI (TEK TEK STERİL)

Açıklama : OLC.PIPET 10ML KIRMIZI (TEK TEK STERİL)

1. Pipetler polistiren malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Gama irradyasyonla sterilize edilmiş olmalıdır.
3. Nonpirojenik olmalıdır.
4. 10 ml'lik plastik,disposable pipetler doku kültürü ve klinik araştırmalar için uygun olmalıdır.
5. Aşırı dolumu engellemek için fiber pluglu olmalıdır.
6. İdentifikasyon kolaylığı için renk kodlaması olmalıdır.
7. Pipetler tek tek ayrı ambalajlarda ve steril olmalıdır.Özel olarak kağıt/plastik thermoform şekilde paketlenmiş olmalıdır. Bu thermoform paketler 50 adet olarak bir ambalajda bulunmalıdır.
8. Pipetlerin hassasiyeti 1/10 olmalıdır.
9. Pipetlerin kapasite fazlası 3 ml olmalıdır.
10. Ekstra kapasite için negatif grandyentler olmalıdır.
11. Özellikle ölçekli gradyentler koyu, okunması kolay şekilde olmalıdır.
12. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(4797) IDRAR TOPLAMA TORBASI (KIZ)

Açıklama : IDRAR TOPLAMA TORBASI (KIZ)

1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
2. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmelidir.

3. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
4. Yapıştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
5. Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzeri bir destek olmalıdır.
6. Kız çocukları için idrar torbası perine bölgesine gelen açıklık şekline göre iki boy olmalıdır;
 - 6.1. Perine bölgesine gelen açıklık büyük oval olmalıdır. (şişman çocuklar için)
 - 6.2. Perine bölgesine gelen açıklık küçük oval olmalıdır. (düşük kilolu çocuklar için)
7. Ürün 50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerine barkot basılmış olmalıdır.
9. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin edilmelidir.

(6383) SFT BLOK AGIZLIGI (FILTRELI - PEDIATRİK)

Açıklama : SFT BLOK AGIZLIGI (FILTRELI - PEDIATRİK)

1. Filtre, birimimizde kullanılan ZAN100 marka spirometre cihazına birebir uyumlu olmalı, ayrıca adaptör vs. gerektirmemelidir.
2. Filtre, tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
3. İstenilen filtre, extra ağızlığı gerek kalmaksızın, kendinden ağızlıklı olmalıdır. Ayrıca ağızlık, çocukların ve yetişkinlerin anatomik ağız yapısına uygun olmalıdır.
4. İstenilen filtrenin ağızlık kısmı, ölçüm esnasında hastanın dudaklarına yapışmaması ve kaymaması için gerekli olan pürüzlü yapıya sahip olmalıdır.
5. İstenilen filtrede bakteriyel ve viral filtrasyon bir arada olmalıdır. Her iki filtrasyonda da etkinlik %99' dan yüksek olmalıdır. Bu husus test raporları ile belgelendirilmelidir.
6. Teklif edilen nihai ürüne ve ürün içerisindeki filitreleme pedine ait bakteri ve virüs filtrasyon raporları, teklif ile birlikte ayrı sunulmalıdır.
7. Bakteri filtresinin hava akım rezistansı, hem nefes alma hem de nefes verme sırasında %0,70'den fazla, filtrede ölü boşluk 75 ml'den büyük olmamalıdır.
10. Filtrenin dış çapı 29 mm olmalıdır.
10. Filtre, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır. İnsan sağlığı açısından üründe kimyasal yapıştırıcı kullanılmamış ve ultrasonik yöntemle yapıştırılmış olmalıdır.

(286) USG PRINTER KAGIDI MITSUB.K65HM

Açıklama : USG PRINTER KAGIDI MITSUB.K65HM

1. Uygun ısı şartlarında korunması halinde kalitesi bozulmamalıdır.
2. Print edildikten en az 3 ay sonrasında bile görüntü korunabilmelidir.
3. Kullanımda olan standart tip yerine yüksek dansiteli tipte bir kağıt olmalıdır.

4. Ebatları 110 mm x 21 m (en az) olmalıdır.
5. Ürün paketlenmiş ve barkotlu olmalıdır.
6. Ürün paketi üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgileri yer alacaktır.
7. Teklif edilen ürünler kliniklerimizde denenecek, denenenler arasında uygun olanlar ihale kapsamına alınacaktır.
8. Teklifte birlikte, kabul muayenesi ve sonraki uyumsuzluklarda referans olarak kullanılacak 1 (bir) ürün numunesi teslim edilecektir.

(4798) İDRAR TOPLAMA TORBASİ (ERKEK)

Açıklama : İDRAR TOPLAMA TORBASİ (ERKEK)

1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
2. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmelidir.
3. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
4. Yapıştırıcı ciltte alerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
5. Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzeri bir destek olmalıdır.
6. Ürün 50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerine barkot basılmış olmalıdır.
8. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(5437) PORSELEN ÇUKUR YEMEK TABAĞI

Açıklama : PORSELEN ÇUKUR YEMEK TABAĞI

1. Çukur tabak, porselen malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Çukur tabağın taban çapı 120mm, ağız çapı 200mm olmalıdır.
3. Çukur tabak kenar ve köşelerinde keskinlik, çatlak, girinti çıkıntı, çizik, pürüzlülük, vb. olmamalıdır.
4. Çukur tabakta homojen olmayan matlık, homojen olmayan parlaklık olmamalıdır.
5. Çukur tabak, beyaz renkte olmalı ve hastanede kullanılan bulaşık makinelerinde renginde solma, sararma olmamalıdır.
6. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar -uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
7. Teslim edilecek ürün, orijinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olduğu belgelenecek şekilde teslim edilecektir.