



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202164

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 16/04/2020 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HEPA FİLTRE MASKE FFP3V	5.000,00	ADET
2	PLASTİK CATAL (BUYUK BOY)100'LUK	720,00	PAKET
3	PLASTİK KASIK (BUYUK BOY)100'LUK	500,00	PAKET
4	KORUYUCU ONLUK	5.000,00	ADET
5	EKMEK KASASI POSETİ	10.000,00	ADET
6	CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENIS AGIZLI)	2.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20202164
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

294.0001.000	HEPA FİLTRE MASKE FFP3V	ADET	5000
305.0019.000	PLASTİK CATAL (BUYUK BOY)100'LUK	PAKET	720
305.0020.000	PLASTİK KASIK (BUYUK BOY)100'LUK	PAKET	500
298.0382.000	KORUYUCU ONLUK	ADET	5000
305.0061.000	EKMEK KASASI POSETİ	ADET	10000
293.0280.000	CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENIS AGIZLI)	ADET	2000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5427) EKMEK KASASI POSETİ

Açıklama : EKMEK KASASI POSETİ

1. Ağırlığı en az 40 gram olmalıdır.
2. 650X1000 ±2 mm uzunluğunda olmalıdır. Torba ağız çapı açıldığında 105±2 cm, taban çapı 63-66 cm olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 600 'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(3685) HEPA FİLTRE MASKE FFP3V

Açıklama : HEPA FİLTRE MASKE FFP3V

1. Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarını engelleyici tasarıma sahip olmalıdır.
2. Havadaki partikülleri filtre etme özelliği %95'in üzerinde olmalıdır.
3. Bakterileri filtre etme özelliği %95'in üzerinde olmalıdır.
4. FFP3 sınıfında olmalıdır.

5. Tek tek paketlenmiş olmalı,paket üzerinde maskenin standardı ve kategorisi yazılı olmalıdır.Paket üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
6. 89/686/EEC (personel Protective Equipment-PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.
7. EN 149:2001 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgesi bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle en az 10 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(6400) KORUYUCU ÖNLÜK

Açıklama : KORUYUCU ÖNLÜK

1. Önlük materyali ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek, ancak hava geçirgen dokuya sahip 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven sıvı geçirmez materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Hipoalerjenik olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalı ve yaka açıklığı velcro (cırt cırt) ile ayarlanabilmelidir.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm olmalıdır.
11. Renk lacivert olmalıdır.
12. Beden ölçüleri tek tip ve yetişkin kullanımına uygun olmalıdır.
13. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 1 adet numune bırakılmalıdır
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(3759) PLASTİK KASIK (BUYUK BOY)100'LUK

Açıklama : PLASTİK KASIK (BUYUK BOY)100'LUK

1. Ağırlığı en az 2.5 gr olmalıdır.
2. 170 (+/- 2) mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Kaşık hacmi 10 ml olmalıdır.

4. Kar beyaz renginde olmalıdır.
5. Üretim, paketlenme ve taşıma aşamalarının tamamı hijyenik olmalıdır.
6. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 100'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
7. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır.Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
8. Ürün ambalajı üzerinde ürünün nerede üretildiği,üretim tarihi,adres ve irtibat bilgileri,tescilli markası olacaktır
9. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır.Herhangi bir kabarıklık,üretim hatası içermemelidir.
10. Kenarların kesim yerlerinde (uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
11. Dayanımı arttırmak amacıyla sap kenarlarında kıvrım yapılmış olmalıdır.

(3758) PLASTİK CATAL (BUYUK BOY)100'LUK

Açıklama : PLASTİK CATAL (BUYUK BOY)100'LUK

1. Ağırlığı en az 1,66 gr olmalıdır.
2. 145 (+/- 2) mm uzunluğunda olmalıdır.
3. 4 tınaklı olmalıdır.
4. Kar beyaz renginde olmalıdır.
5. Hijyenik,HACCP sertifikalı olmalıdır.
6. İçerisine toz,hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 11'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
7. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır.Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
8. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerede üretildiği,üretim tarihi,adres ve irtibat bilgileri,tescilli markası olacaktır.
9. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır.Herhangi bir kabarıklık,üretim hatası içermemelidir.
10. Kenarlarında,kesim yerlerinde (uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
11. Dayanımını arttırmak amacıyla sap kenarlarında kıvrım yapılmış olacaktır.

(5710) CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENIS AGIZLI)

Açıklama : CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENIS AGIZLI)

1. Dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
2. Vida kapakları tam sızdırmaz olmalıdır.
3. Tüpün vidalı başının içi min. 15 mm olmalıdır.
4. Kapaklı halde otoklavlanabilmelidir.
5. Bakteriden arındırılmış olmalı, aseptik koşullarda paketlenmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.