



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202190

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/04/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HUCRE KÜLTÜR TUPU 12 ML	10.000,00	ADET
2	EKUVYON CUBUGU İNCE SAPLI NAYLON UCLU	5.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20202190
NOT : ODEME 180 GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0142.000	HUCRE KULTUR TUPU 12 ML	ADET	10000
293.0232.000	EKUVYON CUBUGU INCE SAPLI NAYLON UCLU	ADET	5000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5467) HUCRE KULTUR TUPU 12 ML

Açıklama : HUCRE KULTUR TUPU 12 ML

1. Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Hücre kültürü için özel işlemlenmiş olmalıdır.
3. Tüp 17x100 mm ebatlarında olmalıdır, 12 ml hacminde olmalıdır.
4. Tüp polisitren, kapak yüksek dansiteli polietilen olmalıdır.
5. Konik dipli olmalıdır.
6. Tüp tabanı etekli olmalıdır (tüp portüpsüz dik durabilmelidir).
7. 'DNase, RNase, human DNA, pyrogens free' olmalıdır.
8. Non-sitotoksik olmalıdır.
9. -20 ve +60 derece arasında kullanılabilirdir.
10. Üretim tarihinden itibaren 4 yıllık bir kullanım süresi olmalıdır.
11. 5'li paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
13. Üretici firma laboretuvarda denemek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(4569) EKUVYON CUBUGU INCE SAPLI NAYLON UCLU

Açıklama : EKUVYON CUBUGU INCE SAPLI NAYLON UCLU

1. Viral nükleik asid testleri için sürüntü (göz, nazofarenks, uretra, deri) almaya uygun olmalıdır.
2. Uç kısmı, kısa tüyümsü naylon ipcikler ("flocked") içermelidir. Absorban materyal içermemelidir.
3. Eküvyonun kırılabilir kısmı 80 mm olmalıdır.
4. Sap kısmı uretral sürüntü alımına da uygun ince plastik olmalı, kırılabilirdir.
5. Steril, tekli paketler halinde olmalıdır.
6. Copan eküvyon eşdeğeri (eküvyon - 525CS01) olmalıdır..
7. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir

8. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 20 adet numune temin etmelidir.
10. Merkez Lab. Moleküler Mikrobiyoloji Biriminden uygunluk alınmalıdır.