



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202311

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 04/05/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PERİTON DİYALİZ KATETERİ (TENKOF KATETER) NEONATAL	2,00	ADET
---	--	------	------

TEKLİF NO : 20202311
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

218.0331.000	PERITON DİYALİZ KATETERİ (TENKOF KATETER) NEONATAL	ADET	2
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7742) PERITON DİYALİZ KATETERİ (TENKOF KATETER) NEONATAL

Açıklama : PERITON DİYALİZ KATETERİ (TENKOF KATETER) NEONATAL

1. Periton diyaliz kateterleri 62, 57, 47, 41, 31 veya 30 cm olmalıdır.
2. Periton diyaliz kateteri 2 ya da 1 keçeli olmalıdır.
3. Periton diyaliz kateteri tenchoff, kıvrımlı veya kuğu boynu şeklinde olmalıdır.
4. Periton diyaliz kateterinin paketinde adaptörü, kapağı ve kelepçeleri de bulunmalıdır.
5. Periton diyaliz kateterinin kıvrımlı kısmı üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunmalıdır.
6. Periton diyaliz kateteri 4,9 mm dış çapa ve 2,6 mm iç çapa sahip olmalıdır.
7. Periton diyaliz kateteri hem perkütan hem de cerrahi yolla uygulanmaya uygun tasarımda olmalıdır.
8. Periton diyaliz kateteri yarı şeffaf, medikal sınıf silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
9. Periton diyaliz kateterinin üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
10. Periton diyaliz kateteri gerektiğinde uzatılabilme ve/veya tamir edilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Periton diyaliz kateteri steril, çift paketlemeye sahip olmalıdır.
12. Periton diyaliz kateteri CE belgesine sahip olmalıdır.