



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202513

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/05/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KALICI DUAL LUMEN KATETER (HICKMAN)	2,00	ADET
---	-------------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20202513
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

218.0064.000	KALICI DUAL LUMEN KATETER (HICKMAN)	ADET	2
--------------	-------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5865) KALICI DUAL LUMEN KATETER (HICKMAN)

Açıklama : KALICI DUAL LUMEN KATETER (HICKMAN)

1. Damara iyi uyum sağlaması için kateterin yapıldığı malzeme silikon olmalıdır ve bu da uzun dönem performansını arttırmalıdır.
2. Kateterin yumuşak olması tünel açma işlemini kolaylaştırıp hasta rahatı sağlamalıdır.
3. Kateter lümeni hasta rahatlığını arttırmak için yuvarlak olmalıdır.
4. Kateterin doğru yerleştirilmesi için lümenin uç kısmı, radyoopak ve seldinger tekniği ile girişe olanak verecek şekilde inceltilmiş olmalıdır.
5. Kateter yerleştikten sonra güvenli sabitleme için dönebilen dikiş kanatları olmalıdır.
6. Kateter mini kit şeklinde olmalıdır.
7. Kateterin luer kısımları lümenal tanımlama için renk kodlu olmalıdır. Lümen ölçüleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir
8. Kateter 90 cm olmalıdır
9. Kateterin ucu kesilebilir olmalıdır.
10. Kateter bir, iki ya da üç lümenli olmalıdır.
11. Tek lümenli kateter 6F, 7F ve 9.5F, çift lümenli kateter 7F, 9.5F, 11F ve 14F, üç lümenli kateter 12.5F olmalıdır.
12. Mini Kit içerisinde
13. Kit içerisinde 2 adet injection cap bulunmalıdır.
14. Kit içerisinde koruyucu kılıflı damar dilatörü bulunmalıdır.
15. Kilitli, 14 F, Peel away sheath interducer iğnesi olmalıdır.
16. Kit içerisinde 18 G intraducer iğne bulunmalıdır.
17. Kit içerisinde 12 cc lik şırınga bulunmalıdır.
18. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır
19. Teslim edilen malzemelerin birbiriyle değiştirilmesi taahhüt edilmelidir.