



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202498

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/05/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ETHER SULFİRİK LT.	30,00	LİTRE
2	HEPARINLI HEMATOKRİT TUPU	5.000,00	ADET
3	DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)	70,00	ADET
4	EPPENDORF TUP 0.2 ML PCR	20.000,00	ADET
5	CRYOVIALS POLYPROPYLENE VIALS, STER.2 ML	15.000,00	ADET
6	CRYOTUP 4-4,5 ML OLCEKLI(-196'YE DAYANIKLI)	10.000,00	ADET
7	KULAK SPEKULUMU NO:4.25 DAR CAPLI (WELCH ALLYN 25020 OTOSKOPA UYUMLU)	4.000,00	ADET
8	KOPIK BARDAK (1,7 GR)	50.000,00	ADET
9	SUPERFROST LAM	200,00	KUTU
10	KLORHEKSİDİN İÇEREN ALKOLLU PED	30.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20202498

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202498

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/05/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	%2 KLOORHEKZİDİN (GLUKONAT SOLUSYON) (1000 CC)	800,00	ADET
12	FORMİK ASİD	60,00	LİTRE

TEKLİF NO : 20202498
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0016.000	ETHER SULFIRIK LT.	LİTRE	30
293.0045.001	HEPARINLI HEMATOKRIT TUPU	ADET	5000
293.0054.000	DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)	ADET	70
293.0064.000	EPPENDORF TUP 0.2 ML PCR	ADET	20000
306.0004.000	CRYOVIALS POLYPROPLENE VIALS, STER.2 ML	ADET	15000
306.0005.000	CRYOTUP 4-4,5 ML OLCEKLI(-196°YE DAYANIKLI)	ADET	10000
298.0203.000	KULAK SPEKULUMU NO:4.25 DAR CAPLI (WELCH ALLYN 25020 OTOSKOPA UYUMLU)	ADET	4000
305.0053.000	KOPIK BARDAK (1,7 GR)	ADET	50000
293.0262.000	SUPERFROST LAM	KUTU	200
303.0048.000	KLORHEKSİDİN İCEREN ALKOLLU PED	ADET	30000
303.0049.000	%2 KLORHEKSİDİN (GLUKONAT SOLUSYON) (1000 CC)	ADET	800
293.0329.000	FORMİK ASİD	LİTRE	60

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6590) DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)

Açıklama : DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)

1. -15 ile -35 derecede donma özelliğinde olmalıdır.
2. Oda sıcaklığında akışkan ve şeffaf, donma hızı yüksek, donarken kristalize olmamalı ve dokuyla beraber donarken dokuya uyum göstermelidir.
3. Dokuya zarar verecek kimyasal madde içermemelidir.
4. İçinde yabancı madde içermemeli ve donma işlemi tamamlandıktan sonra kesit alınırken bıçağın kesit alma özelliğini bozmayacak yapıda olmalıdır.
5. CE, TSE belgesine sahip olmalıdır.
6. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuara numune ürün bırakılmalıdır.
7. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

(4571) EPPENDORF TUP 0.2 ML PCR

Açıklama : EPPENDORF TUP 0.2 ML PCR

1. Tüpler ultra şeffaf, saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. Tüpler 121 °C de 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
3. Tüpler DNAaz, RNAaz serbest olmalıdır.
4. Kapakları tam sızdırmaz olmalı, kolay kavranabilmeli, kolaylıkla kapanabilmeli ve kapak üstleri düz ve konik tabanlı olmalıdır.
5. Tüpler 25.000g satrfüje dayanıklı olmalıdır.
6. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır
7. Tüpler -90 °C ile +121 °C arasında kullanılabilirdir.
8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numuneolarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.
11. Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarından uygunluk alınmalıdır.

(5644) CRYOTUP 4-4,5 ML OLCEKLI(-196'YE DAYANIKLI)

Açıklama : CRYOTUP 4-4,5 ML OLCEKLI(-196'YE DAYANIKLI)

1. Tüpler delinmeye ve kırılmaya karşı korumalı malzemeden ekstra ince duvarlı olarak üretilmelidir.
2. Üzerinde yazı yazmaya olanak sağlayan bir alan ve derecelendirme mevcut olmalıdır.
3. Dnase, Rnase serbest olmalıdır.
4. Tüpler vida kapaklı olmalıdır.
5. Tüplerin üzerinde katalog numaraları belirtilmelidir
6. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune saklamak için 10 adet numune temin etmelidir.
9. Tüp uzunluğu 10 cm olmalıdır.

(4557) HEPARINLI HEMATOKRIT TUPU

Açıklama : HEPARINLI HEMATOKRIT TUPU

1. Tüplerin uzunluğu 75 mm (+/- 1 mm) ve et kalınlığı 0,2 mm olmalıdır.
2. Heparinli olanların iç yüzeyleri sodyum heparinat ile heparinlenmiş olmalı ve kapiller kan ile kullanılabilir, kırmızı kodlu olmalıdır.
3. Heparinsiz olanlar mavi ile kodlanmalıdır.

4. Hematokrit tüp macunu kurumayan kapatma bileşiği şeklinde ve plastik tabla içerisinde bulunmalıdır.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 20 adet numune temin etmelidir.
8. Heparinsiz hematokrit tüpünün her nokasında ışık geçirgenliği aynı olmalıdır.

(3777) KOPUK BARDAK (1,7 GR)

Açıklama : KOPUK BARDAK (1,7 GR)

1. Boyu 80 mm olmalıdır.
2. Ağız çapı 73 mm ,taban çapı 45 mm olmalıdır.
3. Kar beyaz renginde olmalıdır.
4. 175 ml hacminde olmalıdır.
5. Hammaddesi EPS olmalıdır.
6. Üzerinde herhangi bir şekilde leke,renk bozulması vs olmamalıdır.
7. Min. ağırlığı ... gr olmalıdır.
8. Hijyenik HACCP sertifikalı olmalıdır.
9. İçerisine toz,hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 40'lık paketler halinde teslim edilmelidir.
10. Tarım ve Köyşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olmalıdır.Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
11. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerede üretildiği,üretim tarihi,adres ve irtibat bilgileri,tescilli markası olacaktır.
12. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır.Herhangi bir kabarıklık,üretim hatası içermemelidir.
13. Kenarları kesim yerlerinde (uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
14. Bardağın dayanımını arttırmak amacıyla ağız ve tabanı kenarları kalınlaştırılmış olmalıdır.

(5879) KULAK SPEKULUMU NO:4.25 DAR CAPLI (WELCH ALLYN 25020 OTOSKOPA UYUMLU)

Açıklama : KULAK SPEKULUMU NO:4.25 DAR CAPLI (WELCH ALLYN 25020 OTOSKOPA UYUMLU)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan Welch Allyn marka ve 25020 A model duvar tipi otoskoplara uygun olmalıdır.
2. Disposable olmalıdır.
3. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
4. Malzemenin kutu/paketi üzerinde barkot basılı olmalıdır.
5. Üretici firma denenmek ve şahit numune olarak saklanmak üzere 10 adet numune temin etmelidir.

6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(6176) SUPERFROST LAM

Açıklama : SUPERFROST LAM

1. 50 tane içeren karton kutularda olmalıdır.
2. Kutu içindeki lamlar toz ve kirden korunmak için plastik ile kaplanmış olmalıdır.
3. 76X26 mm boyutlarında olmalıdır.
4. Lamların bir yüz ve bir kenarında isim yazmaya uygun renkli işaretliyi alan bulunmalı.
5. Kutu üzerinde ISO numarası ve CE işareti bulunmalı.
6. Lamları yapan firmanın adı/adresi kutu üstünde belirtilmeli.
7. Tüm kutuların lot nosu açıkça belirtilmeli ve son kullanma tarihleri kutu üstünde yazılı olmalı.
8. Lam yüzeyi Poly L-Lysin kaplanmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 20 adet numune temin etmelidir.

(5643) CRYOVIALS POLYPROPLENE VIALS, STER.2 ML

Açıklama : CRYOVIALS POLYPROPLENE VIALS, STER.2 ML

1. Tüpler delinmeye ve kırılmaya karşı korumalı malzemeden ekstra ince duvarlı olarak üretilmelidir.
2. Üzerinde yazı yazmaya olanak sağlayan bir alan ve derecelendirme mevcut olmalıdır.
3. Dnase, Rnase serbest olmalıdır.
4. Tüpler vida kapaklı olmalıdır.
5. Tüplerin üzerinde katalog numaraları belirtilmelidir.
6. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune saklamak için 10 adet numune temin etmelidir.

(6220) ETHER SULFIRIK LT.

Açıklama : ETHER SULFIRIK LT.

1. 1000 Ml.lik renkli cam şişede ağzı kapak atmayacak şekilde kapalı olmalıdır.
2. Etiketli olmalı, etiket üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi ve/veya son kullanma tarihi bulunmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/05/2020 09:54:19

3. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarıyla en az bir yıl olmalıdır.
4. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.
5. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.