



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

15/05/2020 10:51:23

Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202277

27/04/2020 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

29/05/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER

ALIM KONUSU MALZEMELER		MİKTAR	
1	LAZER ETİKET (100X60 MM) SARI RENKLI	1.300,00	ADET
2	LAZER ETİKET (100X60 MM) KIRMIZI RENKLI	2.000,00	ADET
3	LAZER ETİKET (100X60 MM) MAVI RENKLI	2.500,00	ADET
4	DEMİRBAS BARKOD ETİKETİ 3.5 X60 CM (GUMUS RENK)	10.000,00	ADET
5	KIRMIZI RENKLI (12X22 CM) ETİKET	6.250,00	TABAKA

Teklif No : 20202277
Not : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ [T2229]

1. 12 x 22 mm Ebadında etiket yüzeyinin fon rengi **KIRMIZI** olmalıdır.
2. Kırmızı zemin üzerine Beyaz "YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ" ibaresi bulunmalıdır.
3. 12 x 22 cm ebadında tabaka halinde ve her tabakada 160 adet olmalıdır.
4. Etiketın arka yüzeyi yapışkan olmalıdır.
5. Etiketın üretildiği malzeme ısıya ve ışığa karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Etiket nemden ve sudan etkilenmemelidir.
7. Etiketın arka yüzeyindeki yapışkan madde kaliteli olmalı ve etiket sökülmeğe çalışılırken yırtılmalıdır.

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7971) LAZER ETİKET (100X60 MM) SARI RENKLI

Açıklama :

1. Etiketın ölçüsü, 100x60 (+/- %10) mm olmalıdır.
2. Etiket sarı renkte olmalıdır.
3. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Bohça/pakete yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
4. 134 derece buharlı otoklavda işlem sonrası rengi siyaha dönmemelidir.
5. 134 derece buharlı otoklavda işlem sonrası yapışma özelliği devam etmelidir.
6. Bir rulo/tabakada 500 (+/- %10) adet olmalıdır.

(7973) LAZER ETİKET (100X60 MM) KIRMIZI RENKLI

Açıklama :

1. Etiketın ölçüsü, 100x60 (+/- %10) mm olmalıdır.
2. Etiket kırmızı renkte olmalıdır.
3. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Bohça/pakete yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
4. 134 derece buharlı otoklavda işlem sonrası rengi siyaha dönmemelidir.
5. 134 derece buharlı otoklavda işlem sonrası yapışma özelliği devam etmelidir.
6. Bir rulo/tabakada 500 (+/- %10) adet olmalıdır.

(7976) LAZER ETİKET (100X60 MM) MAVI RENKLI

Açıklama :

1. Etiketın ölçüsü 100x60 (+/- %10) mm olmalıdır.
2. Etiket mavi renkte olmalıdır.
3. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Bohça/pakete yapıştırdıktan sonra kalkma yapmamalıdır.
4. 134 derece buharlı otoklavda işlem sonrası rengi siyaha dönmemelidir.
5. 134 derece buharlı otoklavda işlem sonrası yapışma özelliği devam etmelidir.
6. Bir rulo/tabakada 500 (+/- %10) adet olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DEMİRBAŞ (35x60 MM) GÜMÜŞ ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

ETK-148

1. Etiket ölçüsü, 35 x 60 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır.
2. Etiket bobin çapı 75 mm den büyük olmamalıdır Etiket Wax Resin ve Resin Ribon ile yazdırılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Etiket üzerindeki baskılar kalıcı olmalıdır.
3. Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
5. Etiket, tekli sıralı halde (35 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilerek eni 64 mm. olmalıdır.
6. Etiketlerin, etiket altı kağıdı beyaz renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır. Etiketlerin köşeleri yuvarlak uçlu olmalıdır.
7. Etiket, Zebra TLP 2844 Model veya muadili Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Etiket, kağıt, plastik, ahşap, deri, metal, cam, komposit alaşımı v.b. ürünlere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmesi ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) GÜMÜŞ renk ve aynı özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünü/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Yahya Kemal KEŞKİNER
Elektronik Servis