



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202892

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/06/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CAM PASTEUR PİPETİ (STERİL TEK KULLANIMLIK)	1.000,00 ADET
---	---	---------------

TEKLİF NO : 20202892
NOT : ODEME 180 GÜN. TÜP BEBEK BİRİMİ İÇİN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

293.0123.000	CAM PASTEUR PIPETİ (STERİL TEK KULLANIMLIK)	ADET	1000
--------------	---	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5815) CAM PASTEUR PIPETİ (STERİL TEK KULLANIMLIK)

Açıklama : CAM PASTEUR PIPETİ (STERİL TEK KULLANIMLIK)

1. Fare embriyo testinden geçirilmiş olmalıdır.
2. LAL testinden geçirilmiş olmalıdır.
3. Uzunluğu 5" olmalıdır.
4. Steril ambalajlarda olmalıdır.
5. Pipetler gamma iradyasyonla sterilize edilmiş olmalıdır.