



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201176

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **04/06/2020 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR**

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CHILD BOY 10-13 CM TEK ÇIKISLI MANSON (MINDRAY MONITOR UYUMLU)	10,00	ADET
2	TANSİYON MANSONU LARGE ADULT 31-40 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	2,00	ADET
3	TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	20,00	ADET
4	SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU)	10,00	ADET
5	TEST BALONU (HASTANE GENELİ VENTILATOR CİH. UYUMLU)	2,00	ADET
6	REKTAL ISI PROBU ADULT (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	5,00	ADET
7	PEDİATRİK REKTAL ISI PROBU (DRAEGER MARKA KAPPA MODEL MONITOR İÇİN)	5,00	ADET
8	ENTİDAL KARBONDİOKSİT PROBU (DRAGER MONITORE UYUMLU)(ETCO2 PROBU)	2,00	ADET
9	SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITORE UYUMLU)	10,00	ADET
10	NEOMET KABLO (DRAGER H.BASI MONITORE UYUMLU)	2,00	ADET

TEKLİF NO : 20201176

NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : SEVGİ YİĞİT

TEL : 2324122409

E-MAIL : sevgi.yigit@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201176

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 04/06/2020 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	TANSİYON MANSONU ADULT BOY TEK ÇIKISLI 27-35 CM (MINDRAY PM 9000 UYUMLU)	160,00	ADET
12	TRANSPORT RESPIRATOR DEVRESİ SET HALİNDE(OXYLOG 3000 UYUMLU)	2,00	ADET
13	EXPIRATION VALVE COVER (HAMILTON GALILEO MODEL RESPIRATOR UYUMLU)	5,00	ADET
14	DİJİTAL TANSİYON MANSONU (OMRON 7051T TANSİYON CİHAZI İÇİN)	150,00	ADET
15	DEFİBİLİTÖR EKG KABLOSU (NİHON KOHDEN CARDİOLİFE TEC-5531K UYUMLU)	10,00	ADET
16	AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)	10,00	ADET
17	12 V 3.5 AH NİKEL METAL HİDRİT RECHARGEABLE SMART BATARYA (MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR İÇİN)	24,00	ADET
18	MULTİMED KABLO (EKG,İSİ,SPO2 KABLOSU) DRAGER KAPPA H.BASİ MONİTÖRE UYUMLU	5,00	ADET
19	DRAGER SPO2 ARA KABLO 1.2 M (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	10,00	ADET
20	DRAGER KAPPA MONİTÖRLERE UYUMLU 3'LU EKG LEAD TAKIMI	10,00	ADET

TEKLİF NO : 20201176

NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : SEVGİ YİĞİT

TEL : 2324122409

E-MAIL : sevgi.yigit@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201176

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 04/06/2020 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	DRAGER KAPPA MONİTORLERE UYUMLU 5'LI EKG LEAD TAKIMI	5,00	ADET
22	HEMOMED KIZAGI (DRAGER H.BASI MONİTORE UYUMLU)	2,00	KUTU
23	NELLCOR OXIMAX MANDALLI SPO2 PROBU	20,00	ADET
24	POT (GREY) SU TUTUCU 8416204 (DRAEGER / BABYLOG / VN 500 UYUMLU)	15,00	ADET
25	BIG FLAP CPL (CIDAR YAN KAPAKLARI DRAGER CALEO KUVOZ UYUMLU)	2,00	ADET
26	SPO2 ARA KABLO (SPACELABS / 91369 ULRAVIEW SL CİH. UYUMLU)	5,00	ADET
27	MULTIMED KABLO (EKG,ISI,SPO2 KABLOSU) DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU	5,00	ADET
28	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONİTOR İCİN)	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20201176
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : SEVGİ YİĞİT
TEL : 2324122409
E-MAIL : sevgi.yigit@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

066.0377.000	CHILD BOY 10-13 CM TEK ÇIKISLI MANSON (MINDRAY MONITOR UYUMLU)	ADET	10
066.0718.000	TANSİYON MANSONU LARGE ADULT 31-40 CM (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)	ADET	2
066.0719.000	TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)	ADET	20
066.0731.000	SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITÖRE UYUMLU)	ADET	10
066.0763.000	TEST BALONU (HASTANE GENELİ VENTILATOR CİH. UYUMLU)	ADET	2
066.0848.000	REKTAL ISI PROBU ADULT (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)	ADET	5
066.1159.000	PEDİATRİK REKTAL ISI PROBU (DRAEGER MARKA KAPPA MODEL MONITOR İÇİN)	ADET	5
066.1209.000	ENTİDAL KARBONDİOKSİT PROBU (DRAGER MONITÖRE UYUMLU)(ETCO2 PROBU)	ADET	2
066.1235.000	SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITÖRE UYUMLU)	ADET	10
066.1283.000	NEOMET KABLO (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)	ADET	2
066.1324.000	TANSİYON MANSONU ADULT BOY TEK ÇIKISLI 27-35 CM (MINDRAY PM 9000 UYUMLU)	ADET	160
066.1346.000	TRANSPORT RESPIRATOR DEVRESİ SET HALİNDE(OXYLOG 3000 UYUMLU)	ADET	2
066.1511.000	EXPIRATION VALVE COVER (HAMILTON GALILEO MODEL RESPIRATOR UYUMLU)	ADET	5
066.1561.000	DİJİTAL TANSİYON MANSONU (OMRON 7051T TANSİYON CİHAZI İÇİN)	ADET	150
066.1685.000	DEFİBİLİTÖR EKG KABLOSU (NİHON KOHDEN CARDİOLİFE TEC-5531K UYUMLU)	ADET	10
066.1721.000	AIRWAY TEMPERATURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)	ADET	10
066.1858.000	12 V 3.5 AH NİKEL METAL HİDRİT RECHARGEABLE SMART BATARYA (MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR İÇİN)	ADET	24
066.1875.000	MULTİMED KABLO (EKG,ISI,SPO2 KABLOSU) DRAGER KAPPA H.BASI MONITÖRE UYUMLU	ADET	5
066.1878.000	DRAGER SPO2 ARA KABLO 1.2 M (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU)	ADET	10
066.1915.000	DRAGER KAPPA MONİTÖRLERE UYUMLU 3'LU EKG LEAD TAKIMI	ADET	10
066.1921.000	DRAGER KAPPA MONİTÖRLERE UYUMLU 5'LI EKG LEAD TAKIMI	ADET	5
066.1935.000	HEMOMED KIZAGI (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)	KUTU	2
066.2032.000	NELLCOR OXİMAX MANDALLI SPO2 PROBU	ADET	20
066.2087.000	POT (GREY) SU TUTUCU 8416204 (DRAEGER / BABYLOG / VN 500 UYUMLU)	ADET	15
066.2309.000	BIG FLAP CPL (CİDAR YAN KAPAKLARI DRAGER CALEO KUVOZ UYUMLU)	ADET	2
066.2389.000	SPO2 ARA KABLO (SPACELABS / 91369 ULTRAVIEW SL CİH. UYUMLU)	ADET	5
066.2500.000	MULTİMED KABLO (EKG,ISI,SPO2 KABLOSU) DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU	ADET	5
066.2794.000	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONİTÖR İÇİN)	ADET	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5346) TEST BALONU (HASTANE GENELİ VENTILATOR CIH. UYUMLU)

Açıklama : TEST BALONU (HASTANE GENELİ VENTILATOR CIH. UYUMLU)

1. test balonu hastanemiz bünyesinde kullanılan ventilatörlere uyumlu olmalıdır
2. test balonu ventilatörün kaçak ve kompiyans testlerinden geçmelidir
3. test balonu latex içermeyen yapıda olmalıdır
4. test balonun yapısı kink olmayı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır
5. test balonu steril edilebilmelidir
6. paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır
7. teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır
8. test balonuna ait CE belgesi olmalıdır
9. firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır
10. ihalede 1 adet numune teslim edilmelidir

(5386) TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)

Açıklama : TANSİYON MANSONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU)

1. Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan draeger monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.Yetişkin uyumlu (23-33cm)çok kullanımlık tip olmalıdır.
2. Lateks içermemelidir.
3. Manşon monitöre ait ara bağlantı kablosuna uyumlu olmalıdır.
4. Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

(5382) SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU)

Açıklama : SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITORE UYUMLU)

1. Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. SpO2 probunu Multimed Pod? a bağlayan özelliğe olması gerekir.
3. Ara kablonun spo2 probunu sağlam şekilde tutan bir mekanizması olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
6. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
7. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.

(5385) PEDIATRİK REKTAL ISI PROBU (DRAEGER MARKA KAPPA MODEL MONITOR ICIN)

Açıklama : PEDIATRİK REKTAL ISI PROBU (DRAEGER MARKA KAPPA MODEL MONITOR ICIN)

1. rektal ısı probu hastanemiz bünyesinde kullanılan drager ve siemens marka monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. prob yetişkin ve pediatrik uyumlu, çok kullanımlık dezenfekte edilebilen rektal tipi olmalıdır. probların yanında kauçuk kılıf verilmelidir
3. probun kablo uzunluğu isteğe göre 150 cm veya 300 cm olmalıdır
4. ısı probu ısı kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
5. paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. ihalede 1 adet numune teslim edilmelidir.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. Ürünü ,T.C Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bnkası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

(5354) AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)

Açıklama : AIRWAY TEMPRETURE PROP 900MR 869 (MR 850 UYUMLU)

1. ısı sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan ventilatörün fisher paykell ısıtıcısına uyumlu olmalıdır
2. ısı sensörü ventilatörün hasta devresine uyumlu olmalıdır
3. ısı sensörü iki ayrı noktadan ölçüm yapabiliyor olmalıdır.
4. ısı sensörünün boyu 210 cm olmalıdır
5. ısı sensörü kolay monte edilebilir yapıda ve yönleri renklendirme ile kolay bir şekilde tespit edilmelidir
6. paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

7. tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır
8. teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır
9. firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır
10. Ulusal bilgi bankasında kaydı olmalıdır.
11. İhalede 1 adet numune teslim edilmelidir.

(5368) ENTİDAL KARBONDİOKSİT PROBU (DRAGER MONİTORE UYUMLU)(ETCO2 PROBU)


Açıklama : ENTİDAL KARBONDİOKSİT PROBU (DRAGER MONİTORE UYUMLU)(ETCO2 PROBU)

1. Prop Hastanemizde kullanılan Siemens ve Draeger monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Prop üzerinde Ref ve 0 kalibrasyonu yapılabilmelidir.
3. Prop üzerinde silinmeyecek şekilde seri numarası yazılı olmalıdır.
4. İhalede 1 adet numune getirilmelidir.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
8. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.

CHILD BOY 10-13 CM TEK ÇIKISLI MANŞON (MINDRAY MONİTOR UYUMLU)

1. Teklif edilecek manşon, hastanemiz bünyesinde kullanılan tek çıkışlı manşonla ölçüm yapan monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Manşon NEONATAL uyumlu çok kullanımlık tip olmalıdır.
3. Manşonun ucunda monitöre ait ara bağlantı kablosuna uyumlu metal jak olmalıdır.
4. Manşonun kol çevresi uzunluğu 10-13 cm olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplam parçalardan oluşmamalıdır.
7. Manşon PVC, lateks ve silikon içermemelidir.
8. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
9. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
10. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Rençber


**TANSİYON MANŞONU LARGE ADULT 31-40 CM (DRAGER H.BASI MONİTÖRE UYUMLU)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger KAPPA marka monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Manşon yetişkin uyumlu çok kullanımlık tip olmalıdır, baldırdan ölçüm için uygun olmalıdır.
3. Manşonda monitöre ait ara bağlantı kablosuna uyumlu jak olmalıdır.
4. Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
5. Manşonun çevre uzunluğu 31-40 cm olmalıdır.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. Numune onayı alınmalıdır.
8. Manşon PVC, lateks ve silikon içermemelidir.
9. Manşon monitör NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
10. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
11. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
12. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
13. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renaber


**TANSİYON MANŞONU ADULT 23-33 CM (DRAGER H.BASI
MONİTORE UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Manşon yetişkin uyumlu çok kullanımlık tip olmalıdır.
3. Manşon monitöre ait ara bağlantı kablosuna uyumlu olmalıdır.
4. Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
5. Manşonun kol çevresi uzunluğu 23-33 cm, genişliği 14 cm olmalıdır.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. Numune onayı alınmalıdır.
8. Manşon PVC, lateks ve silikon içermemelidir.
9. Manşon kullanıcı tarafından kolay tanınabilmesi için renk kodlu olmalıdır.
10. Manşon monitör NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
11. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
12. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
13. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
14. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renaber
K

SPO2 ARA KABLOSU (DRAGER KAPPA H.BASI MONITÖRE UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger KAPPA monitör cihazlarına uyumlu olmalı ve doğru ölçüm yapmalıdır.
1. SpO2 probunu Multimed Pod'a bağlayan özellikte olması gerekir. Ara kablo nellcor tip proplara uyumlu olmalıdır.
2. Ara kablonun SPO2 probunu sağlam şekilde tutan bir mekanizması olmalıdır
3. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
4. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
5. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
6. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.
7. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
8. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renkbe
Kf

TEST BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test balonu hastanemiz bünyesinde kullanılan ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
2. Test balonu ventilatörün kaçak ve kompliyans testlerinden geçmelidir.
3. Test balonu latex içermeyen yapıda olmalıdır.
4. Test balonun yapısı kink olmayı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Test balonu 134 derecede otoklava girebilir yapıda olmalıdır.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
8. Test balonuna ait CE belgesi olmalıdır.
9. Firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
10. Ürünün, TC Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
11. Teklif veren firmalar ihalede 1 adet numune vermelidir.



ihson Demircan



REKTAL ISI PROBU ADULT (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Isı probu hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger ve Siemens marka monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Prob ADULT uyumlu, çok kullanımlık Rektal tipi olmalıdır. Her bir proba uygulama esnasında kullanılmak üzere en az 10 adet koruyucu kılıf verilmelidir.
3. Probun kablo uzunluğu isteğe göre 150cm veya 300cm olmalıdır.
4. Isı probu ısı kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. Numune onayı alınmalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır, CE belgesi eklenmelidir.
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
10. İhaleye 1adet numune getirilecektir.



Kadir Kızılcı
K

PEDİATRİK REKTAL ISI PROBU (DRAEGER MARKA KAPPA MODEL MONİTOR UYUMLU) TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Isı probu hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger ve Siemens marka monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Prob PEDİATRİK uyumlu, çok kullanımlık Rektal tipli olmalıdır. Her bir proba uygulama esnasında kullanılmak üzere en az 10 adet koruyucu kılıf verilmelidir.
3. Probun kablo uzunluğu isteğe göre 150cm veya 300cm olmalıdır.
4. Isı probu ısı kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. Numune onayı alınmalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. İhaleye 1adet numune getirilecektir.



Tayfun Coşkun
T.C.

ENTİDAL KARBONDİOKSİT PROBU (DRAGER MONİTORE UYUMLU)(ETCO2 PROBU) TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Mainstream ETCO2 sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan Drager marka monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Sensör yetişkin ve pediatrik hastalarda doğru ölçüm yapabilmelidir.
3. Sensörün yanında en az 1 adet adult airway adaptörü verilmelidir.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
6. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
8. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
9. İhalede 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renaber


SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITÖRE UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- SPO2 Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan SPACELABS / SL 2400 ULTRAVIEW monitör cihazlarına uyumlu olmalı ve doğru ölçüm yapmalıdır
- 2- Monitöre giriş kısmı dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Teklif edilen ara kablo Hastanemizde bulunan Space Labs monitörlere uyumlu olmalı ve parazitsiz spo2 ölçümü yapmalıdır
- 3- Ara kablounun propla birleşim yeri Nellcor uyumlu olmalıdır
- 4- Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 5- Ürünün CE belgesi olmalıdır.
- 6-Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal ilgil bankası kaydı olması -berkod numarasının olması gerekmektedir.
- 7-Tüm kablolar tek bir firma ürünü olmalıdır.
- 8- İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Rencber
K

NEOMET KABLO (DRAGER H.BASI MONITÖRE UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Modül hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger KAPPA marka monitör cihazlarının orijinal modülü olmalıdır.
2. 3 lead neonatal EKG kablosu, sıcaklık kablosu ve SpO2 kabloları Multimed Pod'a kolaylıkla takılıp çıkartılabilmeli, bu işlem sırasında bağlantı timakları herhangi bir hasar görmemeli, pod üzerinden monitör bağlantısı tek bir kablo ile yapılmalı ve böylece kablo karmaşası ortadan kaldırılmalıdır.
3. En az 2,5 m uzunlukta olmalıdır.
4. Modülün takılacağı monitörün üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi ihale komisyonuna sunulmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplam parçalardan oluşmamalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
8. Modül üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
9. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
10. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renaber
K

**TANSİYON MANŞONU ADULT BOY TEK ÇIKIŞLI 27-35 CM (MINDRAY PM 9000 UYUMLU)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Manşon hastanemiz bünyesinde bulunan tek çıkışlı manşon özellikli monitörlerde kullanılabilmelidir.
2. Manşon ADULT uyumlu çok kullanımlık ve tek çıkışlı tip olmalıdır.
3. Manşonun ucunda monitöre ait ara bağlantı kablosuna uyumlu metal jak olmalıdır.
4. Manşonun kol çevresi uzunluğu 27-35 cm olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
8. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
9. İhalede 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Rencuber
K

TRANSPORT HASTA DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi hastanemizde bulunan drager marka oxylog 3000 model transport ventilatör ile uyumlu olmalıdır.
2. Hasta devresi 134 derece otoklav edilebilir yapıda çok kullanımlık olmalıdır.
3. Hasta devresi latex içermeyen silikon yapıda olmalıdır.
4. Hortumlar şeffaf olmalı ve kink olmasını engelleyici şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Hasta devresi cihazın self testleri ve kaçak testleri esnasında kompliyans ve rezistans testlerinden geçebilmelidir.
6. Hasta devresi tek bir paket içerisinde bir adet 150 cm yetişkin hortum ve iki adet ölçüm hortumundan oluşmalıdır.
7. Hortumların takma ve çıkarma esnasında yıpranmasını engellemek için long sleeve tarzında olmalıdır.
8. Ekspirasyon valfi çok kullanımlık olmalıdır.
9. Ekspirasyon valfi ventilatördeki aktif valf sistemine uygun olmalıdır.
10. Ekspirasyon valfi kapak ve membran ve valften oluşmalıdır.
11. Ekspirasyon valfi ventilatör cihazı ile yapılan kaçak ve rezistans testlerinden geçebilmelidir.
12. Ekspirasyon valfi ile birlikte akış sensörü ve 90 derecelik konnektöründe verilmelidir.
13. Akış sensörü basınç farkı prensibi ile çalışmalıdır.
14. Akış sensörü çok kullanımlık olmalıdır.
15. Akış sensörü sterilize ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.
16. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
17. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
18. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
19. Teklif veren firmanın ISO belgesi olmalıdır.
20. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.
21. Ürünün, TC Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
22. Teklif veren firmalar ihalede 1 adet numune vermeli.



İhsan Demircan
(Handwritten signature)

EKSPİRASYON VALF COVER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek valf cover Hamilton marka Galileo model respiratör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Valf cover üzerinde egzoz çıkışı bulunmalıdır.
3. Valf cover gaz otoglavında steril edilebilir olmalıdır.
4. Valf cover cihazın kaçak testinden geçmesini sağlamalıdır.
5. Teklif veren firmanın CE belgesi olmalıdır.
6. Ürünün, TC Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
7. Teklif veren firmalar ihalede 1 adet numune vermelidir.



İhsan Demircan



DİJİTAL TANSİYON ALETİ MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Teklif edilen manşon hastanemizde kullanılmakta olan Omron marka dijital tansiyon aletine uyumlu olmalıdır.
- 2) Teklif edilen manşon boyutu 22-42 (+/-2cm) cm aralığında olmalıdır.
- 3) Teklif edilen manşon lateks içermemelidir.
- 4) Teklif edilen manşonun üzerinde arter bağlantı görseli bulunmalıdır.
- 5) Teklif edilen manşonun CE belgesi olmalıdır.
- 6) Teklif edilen manşon konektörü ile birlikte verilmelidir.
- 7) Teklif veren firmaların Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalıdır.
- 8) Teklif veren firmaların TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

Aphor Ahmet Dımır
—A—

NİHON KOHDEN UYUMLU DEFİBİLATOR EKG KABLOSU Teknik Şartnamesi

1. Kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Nihon Kohden marka defibrilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. EKG kablosu 3 (üç) uçlu (lead) olmalıdır
3. EKG kablosu tek kullanımlık kendinden jelli ve yapışkan elektrodlar ile çalışabilmelidir.
4. EKG kablosunun uzunluğu uçları dahil en az 3 (üç) metre olmalıdır.
5. EKG kablosunun hasta bağlantı uçları kırmızı , siyah , yeşil , sarı ve beyaz renkleri ile kodlanmış olmalıdır.
6. EKG kablosu üzerinde kablo uçlarındaki renklerin hangi uçlar olduğunu belirten bir etiket olmalıdır .
7. Teklif veren firma ,ürünü satmaya yetkili olduğuna dair belge sunmalıdır .
8. EKG kablosu cihazların EKG kanalı milivolt testlerinden geçebilmelidir. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve bölümden numune uygunluk onayı almalıdır.
9. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
10. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplam parçalardan oluşmamalıdır.
11. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
12. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
13. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır.
14. İhaleye 1 adet numune getirilecektir

Tayfun COŞKUN

ISI PROBU (AIRWAY TEMP PROB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Isı sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan ventilatörün fisher paykell ısıtıcısına uyumlu olmalıdır.
2. Isı sensörü ventilatörün hasta devresine uyumlu olmalıdır.
3. Isı sensörü iki aynı noktadan ölçüm yapabiliyor olmalıdır.
4. Isı sensörünün boyu 145 cm olmalıdır.
5. Isı sensörü kolay monte edilebilir yapıda ve yönüleri renklendirme ile kolay bir şekilde tespit edilmelidir.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Teklif verecek firmaların ve üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
9. Firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
10. Ürünün, TC Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve oraylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
11. Teklif veren firmalar ihalede 1 adet numune vermelidir.




ihvan Demircan



VENTILATOR BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya maquet marka servo-i model ventilatör cihazında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Batarya, seri numarası ve kapasite bilgilerini hafızasında tutabilmeli ve cihazla bu bilgileri paylaşabilecek yapıda olmalıdır.
3. Modül şeklinde olup cihaza takılıp çıkartılabilmelidir.
4. Batarya modülü, cihazı tüm fonksiyonları ile yarım saat çalıştırabilmelidir.
5. Cihaz elektriğe takılı iken batarya otomatik olarak kendini şarj edebilmelidir.
6. Batarya üzerinde seri no ve ref no ve üretim tarihi ve voltaj ve akım bilgileri olmalıdır.
7. Teklif verecek firmaların ISO belgesi olmalıdır.
8. Firmalar tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
9. Ürünün TC Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
10. Teklif veren firmalar ihalede 1 adet numune vermelidir.



İhsan Demircan

**MULTIMED KABLO (EKG, ISI, SPO2 KABLOSU) DRAGER KAPPA H.BASI MONITÖRE UYUMLU
TEKNİK ŞARTNAMESİ**


1. Modül hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Kappa monitor cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Kappa 'nın 3 ve 5 Lead EKG kablosu multimed pod'a bağlanabilmelidir.
3. 1,5 m uzunlukta olmalıdır.
4. Kappa 'nın SpO2 ve Isı kabloları multimed pod'a takılabilmelidir.
5. Modül EKG-Isı ve SpO2 parametrelerini gösterebilecek tipte renk kodlu olmalı ve ESU blok ile kullanılabilinmelidir.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
10. Modül CE standartlarına uygun olmalıdır.
11. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
12. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renaber
K

DRAGER SPO2 ARA KABLO 1.2 M (DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Zeuss monitör ve Anestezi cihazlarına uyumlu olmalı ve doğru ölçüm yapmalıdır.
1. SpO2 probunu Zeuss Multimed Pod'a bağlayan özellikte olması gerekir. Ara kablo nelcor tip proplara uyumlu olmalıdır.
2. Ara kablonun SPO2 probunu sağlam şekilde tutan bir mekanizması olmalıdır.
3. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
4. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplam parçalardan oluşmamalıdır. İhalede 1 Adet numune teslim edilmelidir.
5. Firmalar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
6. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.
7. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
8. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renaber
K

DRAGER KAPPA MONITORLERE UYUMLU 3'LU EKG LEAD TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Kappa monitor cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Kablonun uzunluğu en az 1 m. olmalıdır.
3. Renk kodlu olmalı ve ESU blok ile kullanılabilmelidir.
4. EKG kablosu cihazların EKG kanalı milivolt testlerinden geçebilmelidir. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve bölümden numune uygunluk onayı almalıdır.
5. Ameliyathanede sadece MultiMed Pod'a ESU blok bağlıken kullanılmalıdır.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
10. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır.
11. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
12. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Rencber
K

**DRAGER KAPPA MONİTÖRLERE UYUMLU 5'Lİ EKG LEAD TAKIMI TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger kappa monitor cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Kablonun uzunluğu en az 1 m. ve 1,5 m olmalıdır.
3. Kablo 7 denvasyonu gösterebilecek tipte renk kodlu olmalı ve ESU blok ile kullanılabilmelidir.
4. EKG kablosu cihazların EKG kanalı milivolt testlerinden geçebilmelidir. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve bölümden numune uygunluk onayı almalıdır.
5. Ameliyathanede sadece MultiMed Pod'a ESU blok bağlıyken kullanılmalıdır.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
10. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır.
11. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
12. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renaber
K

HEMOMED KIZAGI (DRAGER H BASI MONITÖRE UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kızak hastanemizde kullanılan Drager hemomedlere uyumlu olmalıdır. Kızak hemomede rahatça takılabilmelidir.
2. Kızak üzerinde transducers sensörlerinin gireceği yuvalar olmalıdır.
3. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
4. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
5. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
6. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
7. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır.
8. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
9. İhalede 1 adet numune getirilecektir.




Kadir Renaber
K

NELCOR OXIMAX UYUMLU MANDALLI SPO2 PROBUTeknik Şartnamesi

1. Saturasyon probu hastanemiz bünyesinde kullanılan tüm hastabaşı monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Prob yetişkin uyumlu, çok kullanımlık olmalıdır.
3. Prob 30 kilo üzeri hastalara uyumlu olmalıdır.
4. Prob hastanın el parmağından oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalıdır.
5. Prob monitöre alt ara bağlantı kablosuna tam uyumlu olmalıdır.
6. Prob motion artefakti engelleyecek sisteme uygun olmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
9. Numune onayı alınmalıdır.
10. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi eklenmelidir.
11. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
12. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
13. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Tayfun Coşkun


POT SU TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Su tutucu hastanemizde bulunan drager marka vn500 babylog model ventilatörlerin ekspirasyon valfine uyumlu olmalıdır.
2. Su tutucu 134 derecede otoklav edilebilmelidir.
3. Su tutucu nem ve sıvıların devreye veya cihaza kaçmasını engelleyici yapıda olmalıdır.
4. Su tutucunun takılı olduğu ekspirasyon valfi kaçak testi yapabilmelidir.
5. Su tutucu şeffaf olmalıdır.
6. Su tutucunun üstünde üretici ismi ve parça kodu bulunmalıdır.
7. Ürünün, TC Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
8. Teklif veren firmalar ihalede 1 adet numune vermeli.



İhsan Demircan

BİG FLAPTEKNIK ŞARTNAMESİ

1. Big Flap hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Caleo model yenidoğan kuvözleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Big Flap içerisinde 2 adet açma kapama için buton olmalıdır.
3. Big Flap üzerinde ısı yalıtımı sağlamak için Damper(iç cidar) bulunmalıdır.
4. Big Flap üzerine bir adet sağ bir adet sol Hand Port (müdahale penceresi) olmalıdır.
5. Big Flap üzerinde ısı yalıtımı için 1 adet doublewall bulunmalıdır.
6. Big Flap üzerinde 1 adet sağ 1 adet sol Inge (menteşe) bulunmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplam parçalardan oluşmamalıdır.
9. Firmalar sattığı oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
10. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
11. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.
12. Ürünün, TC Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
13. Teklif veren firmalar ihalede 1 adet numune vermefildir.



İhsan Demircan


SPO2 ARA KABLO (SPACELABS / 91369 ULRAVIEW SL CİH UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- SPO2 Ara kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan SPACELABS / 91369 ULRAVIEW SL monitör cihazlarına uyumlu olmalı ve doğru ölçüm yapmalıdır.
- 2- Monitöre giriş kısmı dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Teklif edilen ara kablo Hastanemizde bulunan Space Labs monitörlere uyumlu olmalı ve parazitsiz spo2 ölçümü yapmalıdır.
- 3- Ara kablonun propla birleşim yeri Nellcor uyumlu olmalıdır.
- 4- Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 5- Ürünün CE belgesi olmalıdır.
- 6- Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının olması gerekmektedir.
- 7- Tüm kablolar tek bir firma ürünü olmalıdır.
- 8- İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Renaber
Ker

MULTIMED KABLO (EKG, ISI, SPO2 KABLOSU) DRAGER ZEUS ANESTEZİ CİHAZLARINA
UYUMLU TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Multimed kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger ZEUS monitor ve anestezi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Drager Zeusun 3 ve 5 Lead EKG kabloları teklif edilen drager Zeus multimed poda bağlanabilmelidir.
3. 1,5 m uzunlukta olmalıdır.
4. Zeus SpO2 ve Isı kabloları teklif edilen multimed pod'a takılabilmelidir.
5. Modül EKG-Isı ve SpO2 parametrelerini gösterebilecek tipte renk kodlu olmalı ve ESU blok içermelidir.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır. toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
9. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
10. Modül CE standartlarına uygun olmalıdır.
11. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
12. İhaleye 1 adet numune getirilmelidir.



Kadir Renaber
K

SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONITOR ICIN) Teknik Şartnamesi

1. Saturasyon probu kablosu hastanemiz bünyesinde kullanılan PHILIPS marka monitör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Ara kablonun SpO2 probunu sağlam şekilde tutan bir mekanizması olmalıdır.
3. Kablo boyu en az 1.5m olmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
6. Numune onayı alınmalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır. CE belgesi olmalıdır.
8. Teklif veren firmaların ISO sertifikası olmalıdır.
9. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
10. İhaleye 1 adet numune getirilecektir.



Kadir Rencaber
K