



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202719

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/06/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NUTRUSYON TORBASI 150 ML(ISIKTAN KORUMALI)	100,00	ADET
---	--	--------	------

TEKLİF NO : 20202719
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

208.0026.000	NUTRUSYON TORBASI 150 ML(ISIKTAN KORUMALI)	ADET	100
--------------	--	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9163) NUTRUSYON TORBASI 150 ML(ISIKTAN KORUMALI)

Açıklama : NUTRUSYON TORBASI 150 ML(ISIKTAN KORUMALI)

1. NUtrisyon torbası, ilaç ya da solüsyonların dolumunun yapılacağı istenilen ebatta (150 ml), ışıktan korumalı ve EVA (ETİLEN VİNİL ASETAT) yapısında olmalıdır. Torba ışıktan koruma sağlamalı, özel konumlandırılmış reflektörler sayesinde ışığı bloke edebilmelidir.
2. Torbalar Compounder Cihazı ile birlikte çalışan Transfer Set'e uyumlu olmalıdır.
3. Torbalar steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, seri numarası ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
4. Torbalar 3 hatlı olarak üretilmiş olmalı, üzerinde dolum portu, hastaya transfüzyon portu ve dolum sonrası ayrı bir enjeksiyon girişi bulunmalıdır.
5. Torbalar, karışımında partikül oluşumunu engellemek için (portların torbaya yapıştırılabilmesi için eser miktarda kullanılan ftalat içermeyen PVC hariç) PVC,DEHP ve lateks içermemelidir.
6. Torbalar pratik bir şekilde asılabilmeli ve üzerindeki ölçekler açık ve net olarak okunabilmelidir. CE işareti bulunmalıdır.
7. Torbalar en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır.