



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202720

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/06/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BİS ELEKTRODU	300,00	ADET
---	---------------	--------	------

TEKLİF NO : 20202720
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (2 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

243.0001.000	BIS ELEKTRODU	ADET	300
--------------	---------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9156) BIS ELEKTRODU

Açıklama : BIS ELEKTRODU

1. Bis monitörde ya da Bis modüllü hastabaşı monitöründe, sensör yardımı ile hastanın sedasyon ve anestezide anestezi derinliği hakkında ölçüm yapılabilmesi ve hastanın hipnotic durumu hakkında bilgi vermelidir.
2. Bis sensör sayesinde hastanın EEG sinyali, sinyal kalitesi, EMG sinyal seviyesi ve Supresyon oranı da grafik / bar grafik veya nümerik olarak monitör ekranından izlenebilmelidir.
3. Sensör, '0' yani çok derin sedasyon ile '100' uyanık olma arasında değişen rakamsal bir değer ölçmeli ve bu değer monitorize edilmelidir.
4. Bis monitör sensörü tek kullanımlık olmalıdır.
5. Sensörün ayrı ayrı yetişkin ve pediatrik boyları olmalıdır.
6. Sensör üzerinde 4 farklı bölgede kullanılan elektrotları olmalıdır.
7. Sensör üzerindeki 4 elektrodun yüzeyi alına iyi yapışabilmesi için hidrojelili olmalıdır.
8. Sensörün ambalajı üzerinde nasıl kullanıldığı açıkça gösterilmelidir.
9. Sensör Latex içermemelidir.
10. Bis sensörü en az 10 C - 30 C dereceler arasındaki sıcaklıklarda saklanabilmelidir.
11. Sensör Bispectral index cihazının orijinal sensörü olmalıdır.
12. Alınla birlikte sağ ve sol şakakların her ikisine de uygulanabilir yapıya sahip olmalıdır.
13. Sensör tek hastada en az 24 saate kadar kullanılabilmelidir.
14. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
15. Teklif edilen ürün, hastanede kullanılan Nihon Kohden monitörlerin bis modülüne uygun olmalıdır.
16. GENEL ÖZELLİKLER
 - 16.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 16.2. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 16.3. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
 - 16.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 16.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.

16.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.