



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

14/05/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202527

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/06/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR


1	PAS HATTI (PET INFUZYON CİHAZI ICIN) (SAS HATTI HARIC)	2.800,00 ADET
---	--	---------------

TEKLİF NO : 20202527
NOT : ODEME 360GUN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

**PET İNFUZYON SİSTEMİ HASTA
SETLERİ (PAS Hattı) TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. PET infüzyon sistemi setleri, (nükleer tıp) tanı görüntülemeleri sırasında doğru dozda ^{18}F -Florodeoksiglukoz (^{18}F -FDG) veya ^{18}F -Sodyum Florür (^{18}F -NaF) radyofarmasötiklerini ve izotoniği hastalara otomatik şekilde infüze etmek amacıyla tasarlanmış infüzyon cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. PET İnfüzyon Sistemi Setleri ile birlikte Yüklenici setlerin kullanılacağı PET infüzyon cihazını ücretsiz olarak bölümde kurmalıdır.
 - 2.1 PET infüzyon cihazı kullanıcının radyasyon maruziyetini azaltacak şekilde kurşun ve/veya tungsten ile zırhlanmış olmalıdır.
 - 2.2 Bu cihazların rutin bakım, onarım ve kalibrasyon prosedürleri ile ilgili üretici firma katalogları teklife ek olarak İdareye teslim edilmelidir.
 - 2.3 Rutin bakım, kalibrasyon ve onarım setlerin kullanımı boyunca Yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.
 - 2.4 Yüklenici PET infüzyon sisteminin batarya ömrünün çalışır durumda en az 15 dk, bekleme durumunda ise en az 20 dk olduğunu teyit edecek ve ihale öncesi demo ile gösterecektir.
3. PET infüzyon sistemi, hasta seti tek kullanımlık olmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
 - 3.1 Hasta seti (PAS Hattı), hava kabarcıklarının kontrolüne imkan verecek ve FDG tutulumunu minimuma indirecek şekilde tasarlanmış, şeffaf ve sarmal yapıda olmalıdır.
 - 3.2 Hasta setinde(PAS Hattında) havayı uzaklaştırmak ve görsel hava kontrolünü sağlamak için çıkarılabilir birleştirilmiş hava boşaltma tüpü olmalıdır.
 - 3.3 Hasta kateterine ve iğnesine bağlandığında sıvı geri akışını ve çapraz kontaminasyonu önleyen tek yönlü "çek-valf" bulunmalıdır.
 - 3.4 Cihaz setine bağlantının yapılabilmesi için Luer kilidi olmalıdır.
 - 3.5 Hasta setinin (PAS Hattı) miadı teslim tarihinde 36 aydan daha kısa olmamalıdır.
 - 3.6 Yüklenici toplam 2800 adet hasta seti (PAS Hattı) verecektir.

Yük. Biyolog
Özden ÇILIKER


Ragıp Dr. Cihan ve Gökçe
