



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

09/06/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202776

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/06/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ISIYA DAYANIKLI SU GECİRMEZ ELDIVEN (STERİLİZASYON SET ELDIVENİ)	5,00	ÇİFT
---	--	------	------

TEKLİF NO : 20202776
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

FORM NO: MYS_0072

ISIYA DAYANIKLI ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Avuç içi kısmı kaymayı engelleyici özellikte olmalıdır.
2. Ekstra koruma için tamamen kaplı olmalıdır.
3. Terlemeyi engelleyici pamuklu astarı olmalıdır.
4. Dikişsiz iki parça astardan oluşmalı, eli tahriş etmemelidir.
5. Ön kolu korumak için uzatılmış manşeti olmalıdır.
6. Sıvı geçirmez, ısıya dayanıklı ve yıkanabilir olmalıdır.

DEÜ
MSÜ Sorumlusu
Güray CENGİZ