



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20203344

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/07/2020 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CİHAZI	50,00	ADET
---	------------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20203344
NOT : 20203344ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0191.000	NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CİHAZI	ADET	50
--------------	------------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5314) NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CİHAZI

Açıklama : NEM OLCER (TERMOHIGROMETRE) CİHAZI

- İç ve dış ortam sıcaklığı ölçümüne uygun olmalıdır. Bulunduğu yerin dijital olarak sıcaklık ve nemini göstermelidir.
- İç ortam sıcaklık ölçüm aralığı minimum -10 ...+60°C arası olmalıdır. Kablosuz olmalıdır.
- Max / Min Değer Göstergesi olmalıdır. En son reset tuşundan itibaren, Min - Max - Reset tuşları ile istendiği zaman en yüksek ve en düşük ısı ve nem değerlerini göstermelidir.
- Cihaz boyutları minimum 100×100 mm olmalıdır.
- Nem ölçüm aralığı en az 10 - 99% Rh olmalıdır.
- Ölçüm doğruluğu $\pm 1^\circ\text{C}$ 'yi, Nem : $\pm 5\%$ Rh geçmemelidir. Çözünürlük: 0.1°C , Nem : 1 Rh olmalıdır.
- Termometreler firma tarafından kalibrasyonları yapılmış olarak, kalibrasyon belgesi ile birlikte teslim edilmelidir.
- Tek tek paketlenmiş olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
- Duvara asma aparatı olmalıdır.İsterseniz Duvara monte edebilir veya masaüstünde kullanabilir olmalıdır.
- Yazı yüksekliği minimum 3 cm olmalıdır.
- 2 Adet AAA tip pil ile çalışmalıdır. Pil azalıyor ikazı olmalıdır.
- İki yıl garantili olmalıdır.

M.D