



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202805

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/07/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	-40 DERİN DONDURUCU	1,00	ADET
---	---------------------	------	------

TEKLİF NO : 20202805
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1326.000	-40 DERIN DONDURUCU	ADET	1
--------------	---------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9110) -40 DERIN DONDURUCU

Açıklama : -40 DERIN DONDURUCU

1. Cihazın iç hacmi net 85 litre olmalıdır.
2. Cihaz dik tipte önden açılır kapak olmalıdır. Kapısı kalın izolasyonlu poliüretan köpükten imal olmalı ve contaları bulunmalıdır.
3. Cihazın iç ölçüleri 545 x 600 x 840 mm (en x derinlik x yükseklik) olmalıdır.
4. Cihazın dış yüzeyi galvaniz çelik üzerine akrilik sıvayla fırınlanmış veya epoxy boyalı çelik veya beyaz galvanize çelik olmalıdır ve derin dondurucunun iç kısmı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık sensörü pt-1000 olmalıdır.
6. Cihaz en az 3 adet rafa sahip olmalı ve seviyesi ayarlanabilmelidir.
7. Cihaz ayarlanabilir dijital termostat kontrole sahip olmalıdır.
8. Cihazda cfc içermeyen soğutucu gaz kullanılmalıdır.
9. Cihaz ortam ısısı + 30°cde - 40°c soğutma yapmalıdır. cihazın sıcaklık aralığı -20°c ile -35°c arasında olmalıdır.
10. Cihazın yıllık güç tüketimi en fazla 209 kwh (-40°c ayarlı ve 23°clik ortam sıcaklığında) olmalıdır.
11. Cihazın otomatik kompresör devir özelliği olmalı, bu sayede otomatik olarak devreye giren on-off özelliği ile kompresör gerektiğinde devreye girerek enerji tasarrufu sağlamalıdır.
12. Cihazın kapı açılma yönü değiştirilebilir olmalıdır.
13. Cihazın çalışma hassasiyeti $\pm 1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
14. Cihazın ayarlanan alt ve üst limit değerlerinin aşılması durumunda sesli ve görsel alarm sistemi mevcutt olmalıdır.
15. Cihazın enerji sınıfı A sınıfı olmalıdır.Gürültü Seviyesi max. 39 (dB(A))olmalıdır.
16. Teklif veren firma üretici firmanın türkiye temsilcisi olduğuna dair distribütörlük belgesini vermelidir.
17. Cihaz fabrikasyon hatalara karşı iki yıl ücretsiz, takip eden on yıl için ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.
18. İthalatçı firmanın T.S.E. "hizmet yeri yeterlilik belgesi" ve iso 9001 belgesi olmalıdır ve bu belgelerin örneklerini teklifine eklemelidir.

A.Ş