



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20203364

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/07/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DREN LATEKS (TURNİKE)İNCE(50 CM'LİK)	900,00	ADET
2	OMNI PREP CİLT TEMİZLEME PREPARATI	120,00	ADET
3	ULTRASON JELİ 1 KG.	530,00	KİLOGRAM
4	EPHENDORF TUP PLASTİK 1.5 ML	10.000,00	ADET
5	FILTRELİ PİPET UCU 1-20 DNA RNA FREE (96'LİK PAKET)	470,00	ADET
6	LAM RODAJLI 50 LİK.	3.000,00	ADET
7	GAZ RULO SARGI 5 X 10	5.000,00	ADET
8	CRYOVIALS POLYPROPLENE VIALS, STER.2 ML	30.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20203364
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0016.000	DREN LATEKS (TURNİKE)İNCE(50 CM'LİK)	ADET	900
301.0004.000	OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI	ADET	120
301.0021.000	ULTRASON JELİ 1 KG.	KİLOGRAM	530
293.0060.000	EPHENDORF TUP PLASTİK 1.5 ML	ADET	10000
293.0072.000	FILTRELİ PIPET UCU 1-20 DNA RNA FREE (96'LİK PAKET)	ADET	470
293.0090.000	LAM RODAJLI 50 LİK.	ADET	3000
296.0008.000	GAZ RULO SARGI 5 X 10	ADET	5000
306.0004.000	CRYOVIALS POLYPROPLENE VIALS, STER.2 ML	ADET	30000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3624) DREN LATEKS (TURNİKE)İNCE(50 CM'LİK)

Açıklama : DREN LATEKS (TURNİKE)İNCE(50 CM'LİK)

1. Kauçuktan imal edilmiş ürün elastik olmalıdır.
2. Uzantısı boyunca hava kabarcığı,pürüz,kıvrılma ve kırılma,yapışma olmamalıdır.
3. Orta sertlikte et kalınlığı her yerinde aynı olmalıdır.
4. İç ve dış çapları 2.5 - 5 mm ölçütünde olmalıdır.
5. Her biri 50 cm'lik kesilmiş 100'lük paketler halinde olmalı ve ürün barkodu bulunmalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5675) OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI

Açıklama : OMNI PREP CILT TEMİZLEME PREPARATI

1. Cilt temizleme özelliği yüksek olmalıdır.
2. Cildi hafifçe aşındırma özelliği olmalıdır.
3. Uygulamadan sonra kolaylıkla temizlenebilmelidir.
4. İçeriğinde:
 - 4.1. Su
 - 4.2. Alüminyum Oksit

- 4.3. 1,2 Propanediol
- 4.4. Sodyum Poliakrilat
- 4.5. Metilparaben
- 4.6. Propilparaben
- 4.7. FD&C Blue 1
- 4.8. FD&C Red 40
- 4.9. FD&C Yellow 5 bulunmalıdır.
5. Üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
6. Tüpler halinde olmalıdır. (114 Gr. / 4 Oz)
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

(292) ULTRASON JELİ 1 KG.

Açıklama : ULTRASON JELİ 1 KG.

1. Renk, koku ve şeffaflık hakkında ilgi verilmelidir.
2. Kokulu olması halinde hasta, hekim ve iş ortamı havalandırmasını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olmamalıdır.
3. Aşırı akışkan olmamalıdır.
4. Çabuk kurumamalıdır.
5. Yeterli ve uygun kayganlığa, ses geçirgenliğine sahip olmalıdır.
6. USG problemlerine hiçbir şekilde yapışmamalı ve zarar vermemelidir.
7. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
8. Diagnostik özelliği bozacak, artefakt yaratacak maddeler içermemelidir.
9. Jel istendiği zaman herhangi bir ön hazırlığa gerek duyulmaksızın kullanıma hazır olmalıdır.
10. Ambalaj miktarı 1000 gr'ın üzerinde olmalıdır.
11. Numuneler incelendiğinde tarafımızdan yeterliliği onaylanmış olmalıdır.
12. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(3317) GAZ RULO SARGI 5 X 10

Açıklama : GAZ RULO SARGI 5 X 10

1. Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Gaz rulo sargıda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
3. Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemeli, kirli görünmemelidir.
4. Gaz kompres (tampon) kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
5. Gaz bezinin atkı-çözümlü teli sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına (en az) 10, atkı sayısı cm başına(en az)10 olmalıdır.
6. Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Birim alan kütlesi en az 27 gr/m² olmalıdır.
8. Kopma mukavemeti (çözgü yönünde) (en az) kgf 8 olmalı, ameliyat esnasında ekartörde kopmamalıdır.
9. Eni 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, boyu ise 5 metre olmalıdır.
10. Her boy rulonun kenarları atmayacak şekilde örgülü olmalıdır.
11. Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı, birbirinden ayrılmamalıdır.
12. El ile koparılabilmeli ve koparıldıktan sonra koparılan bölümlerde dokuma bozukluğu ya da liflenme olmamalıdır.
13. Gaz rulo sargıda buhar sterilizasyon işlemi sonrası form bozukluğu görülmemelidir.
14. Non - steril olmalıdır.
15. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
16. Her bir rulo nemden ve sudan etkilenmeyi engelleyecek naylon ambalaj/koruyucu kılıf içerisinde olmalıdır.
17. Bu paketler taşımaya uygun sayılarda karton ambalajlarda teslim edilmelidir.
18. Ürün kolileri üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - 18.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - 18.2. Hidrofil olduğu,
 - 18.3. Anma boyutları ve adedi,
 - 18.4. Üretim tarihi,
 - 18.5. Atkı-çözgü teli sayısı,
 - 18.6. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),
 - 18.7. Seri ve parti numarası. barkodu
19. Her bir ürün poşetinin üzerinde de aşağıdaki bilgiler okunaklı ve şekilde basılı olmalıdır.
 - 19.1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - 19.2. Hidrofil olduğu,
 - 19.3. Standardın işaret ve numarası(TS 14079),
 - 19.4. Seri ve parti numarası./ barkodu

20. Değerlendirme için her boydan, ürün üzerinde lot numarası, firma ve ürün bilgisi bulunan en az 10 adet gaz rulo sargı numune olarak bırakılmalıdır.
21. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
22. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.

(4596) FİLTRELİ PİPET UCU 1-20 DNA RNA FREE (96'LİK PAKET)

Açıklama : FİLTRELİ PİPET UCU 1-20 DNA RNA FREE (96'LİK PAKET)

1. Şeffaf polipropilenden üretilmelidir.
2. Bilinen tüm pipetlerle güvenli kullanılabilmesi, kimyasallara ve tüm dış etkenlere dayanıklı olmalı, iç yüzeyi sıvının çepere yapışmasını engellemek için kaygan olmalıdır.
3. Pipete giren ağız kısımları pipete tam ve sızdırmaz uyum sağlamalıdır
4. Filtreli, steril DNase, RNase, pirojen free olmalıdır.
5. Pipet ucunun uygun olduğu maksimum hacim pipetlenirken, filtre ile sıvı arasında, filtrenin ıslanmasını önleyecek kadar mesafe kalmalıdır.
6. Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer etmeli, pipet uçları üzerinde gözle takibi kolaylaştıran kademeler bulunmalıdır.
7. Kalibrasyon birimince denenmesi yapıldıktan sonra ve ilgili birimin onayı ile alınacaktır.
8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için her bir hacimden 10'ar adet numune temin etmelidir.
11. Merkez Lab. Moleküler Mikrobiyoloji Biriminden uygunluk alınmalıdır.

(5643) CRYOVIALS POLYPROPYLENE VIALS, STER.2 ML

Açıklama : CRYOVIALS POLYPROPYLENE VIALS, STER.2 ML

1. Tüpler delinmeye ve kırılmaya karşı korumalı malzemeden ekstra ince duvarlı olarak üretilmelidir.
2. Üzerinde yazı yazmaya olanak sağlayan bir alan ve derecelendirme mevcut olmalıdır.
3. Dnase, Rnase serbest olmalıdır.
4. Tüpler vida kapaklı olmalıdır.
5. Tüplerin üzerinde katalog numaraları belirtilmelidir
6. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune saklamak için 10 adet numune temin etmelidir.

(4572) EPHENDORF TUP PLASTİK 1.5 ML

Açıklama : EPHENDORF TUP PLASTİK 1.5 ML

1. Tüpler ultra şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. Tüpler 121 °C de 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
3. Kapakları tam sızdırmaz olmalı, kolay kavranabilmeli ve kolaylıkla kapanabilmelidir
4. Kapaklar fırlamayı önlemek için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Tüplerin gövdelerinde hacim skalası ve etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
6. Tüpler -90 °C ile +121 °C arasında kullanılabilmelidir.
7. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
8. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(3652) LAM RODAJLI 50 LİK.

Açıklama : LAM RODAJLI 50 LİK.

1. Ürün saydam, renksiz, kaliteli optik camdan imal edilmiş ve A kalite olmalıdır.
2. Ürün kalınlığı 1.0-1.2 mm, eni 25.4 mm, boyu 76.2 mm olmalıdır.
3. Lam kenarları rodajlı (tırışlanmış) olmalı, kenarları ele batmamalıdır.
4. Ürünün üzerindeki yazı ve boya; ısıdan, kimyasal solventlerden etkilenmemelidir.
5. Ürünün her bir kutusu orjinal ambalajında, tozsuz ve neme karşı jelatin içinde olmalıdır.
6. Bir kutu içinde 50 adet bulunmalıdır.
7. Ürünün orjinal ambalajı içinde, rodajlı tarafları aynı yönde ve lamlar arasına kağıt konularak dizilmiş olmalıdır.
8. Ürün ISO ve CE belgesine sahip olmalıdır.
9. Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
10. Lamın bir kenarı buzlu olup üzerine yazı yazmaya uygun olmalıdır.
11. Ürünün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, üretim tarihi, üretim parti seri numarası belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
13. Ürüne ait marka adı, üretim parti seri numarası, model üretici firma adı, firmaya ait malzeme kodu, varsa barkod numarası ve ulusal bilgi bankası onay numarası bilgilerini yazılı olarak ürünle birlikte teslim edilmelidir.
14. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuvara bir kutu numune ürün bırakılmalıdır.