



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20203392

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 24/07/2020 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                                                                                       |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 | DISPOSABLE PEDIATRİK BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:180CM CAP:2.00MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU) | 6,00 | ADET |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

**TEKLİF NO** : 20203392  
**NOT** : ODEME 180GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                                                                                       |      |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 298.0530.000 | DISPOSABLE PEDIATRİK BIYOPSİ FORSEPSİ (BOY:180CM CAP:2.00MM) (FUJİ SCOPE'LARA UYUMLU) | ADET | 6 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**(9199) DISPOSABLE PEDIATRİK BIYOPSİ FORSEPSİ (BOY:180CM CAP:2.00MM) (FUJİ SCOPE'LARA UYUMLU)**

**Açıklama : DISPOSABLE PEDIATRİK BIYOPSİ FORSEPSİ (BOY:180CM CAP:2.00MM) (FUJİ SCOPE'LARA UYUMLU)**

1. Malzeme disposable olmalıdır.
2. Malzemenin boyu 1.80 cm olmalıdır.
3. Malzemenin çapı 2.00 mm olmalıdır.
4. Fuji scope'lara uyumlu olmalıdır.