



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

06/08/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20203611

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

10/08/2020 TARİHİ, SAAT

10:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GAZ TAMPON 10 X 50 (8 KAT XRAY'LI)	20.000,00 ADET
---	------------------------------------	----------------

TEKLİF NO : 20203611
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



1. Gaz tampon 10cm x 50cm ve 8 kat ölçülerinde olmalıdır.
2. Gaz tamponda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun olmalıdır.
3. Açıldığında 40cm X 100cm kesiminde olup önce yanlardan daha sonra alt ve üstten katlandığında 10cm X 50cm 8 kat halinde ölçülerinde ve 3'e katlanmış olmalıdır. İstenen cerrahi katlama şekli istenirse sterilizasyon ünitemiz tarafından gösterilecektir.
4. Gaz tampon, hidrofil gaz bezinin istenen boyutlarda kesilerek kenarlarının iplik vermeyecek şekilde kıvrılarak katlanması ile hazırlanmış olmalıdır.
5. Gaz tamponda kullanılan gaz bezi TS 14079'a uygun üretilmiş olmalıdır.
6. Gaz bezinin atkı-çözümlü teli sayısı değerleri; çözgü teli sayısı cm başına 12 (± 1) tel, atkı sayısı cm başına 8 (± 1) tel olmalıdır. Ürün toplamda 20 (± 1) tel olmalıdır.
7. Ürün üzerinde eksik atkı ya da çözgü içeren alan (tel kaçıkları gibi) olmamalıdır.
8. Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemelidir; kirli görünmemelidir.
9. Gaz kompres (tampon) kaşarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
10. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
11. Gaz kompreste (tampon) üst yüzeylerinde delik, kesik, yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
12. Gaz kompreste (tampon) kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
13. Hasta güvenliği açısından radyopak iplik tampon içinde kesinlikle serbest olmamalı, her tele dikili olmalıdır. Gazlı bez üzerinden kolayca çıkmamalıdır.
14. Radyopak iplikler toksik etki göstermemelidir. Belgesi sunulmalıdır.
15. Kullanılan radyopak iplikler monofilaman karakterli, mavi renkte olmalı ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı, parçalanmamalı, çekmemeli, X ışını ile görülebilmelidir.
16. Tamponların "kullanım öncesi paketlenme aşamasında ve dolayısıyla ameliyatta sayım hatası oluşturmaması için" tüm katlanma yüzeyleri ve sırtları aynı tarafa bakmalıdır.
17. 40- 50 adetlik kağıt ya da polietilen ambalajlarda ve kolilenmiş olarak teslim edilmelidir.
18. Karton kolilerin bütünlüğü tam olmalı, içinde en fazla 1500 adet ürün bulunmalıdır.
19. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
 - a. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
 - b. Hidrofil olduğu,
 - c. Anma boyutları ve adedi,
 - d. Üretim tarihi,
 - e. Standardın işaret ve numarası (TS 14079) •Seri ve parti numarası
20. Non-steril olmalıdır.
21. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.
22. Değerlendirme için en az 100 adet orijinal paketlenmiş ürün numune olarak bırakılmalıdır. Numunelerin tamamı belirtilen özellikte radyopak ipliklere sahip X- R 'li olmalıdır.
23. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
24. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.

Tarih: 14.07.2020

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sor.Hem
Gülnoz CENGİZ

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Hüsnü DEMİR