



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/09/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204259

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/09/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

Teklif

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU	1.500,00	ADET
2	KORUYUCU ONLUK	75.000,00	ADET
3	NITRİL PUDRASIZ MUAYENE EL DİVENİ	40.000,00	ADET
4	KORUYUCU GOZLUK (KİMYASAL VE RADYASYONA DAYANIKLI)	300,00	ADET
5	NAYLON GALOS CİZME	3.000,00	ÇİFT
6	OMUZ KORUMALI NAYLON EL DİVENİ	8.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20204259
NOT : ODEME 90 GÜNDÜR
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

3615 KORUYUCU GÖZLÜK ŞARTNAMESİ

1. Kullanıcıyı kan ve enfekte vücut sıvılarına karşı korumalıdır.
2. Kullanım sırasında buğu yapmamalıdır.
3. Steril edilebilmelidir (buhar veya etilen oksit)
4. Çok kullanımlık olmalıdır.
5. Hareketli çerçeve sapları olmalıdır.
6. Sapları anatomik olarak yüz kıvrımlarıyla uyumlu olmalı ve geniş görüş alanı sağlamalıdır.
7. Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.
8. Saplarında ip bağlama deliği bulunmalıdır.
9. CE belgesi bulunmalıdır.
10. Ürün ambalajlı (kutu/ poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde belirtilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
12. Değerlendirme için 2 adet numune verilmelidir.
13. Koruyucu gözlükler 1/5/2019 tarihli 30761 sayılı resmi gazete yayımlanan kişisel koruyucu donanım yönetmeliği hükümlerine (AB 2016/425) uygun olmalıdır.

Dr. Yücel DEMİRAL
Dip.No:1608

Öğr.Gör.Üzm.Dr. Ayhan KUTSOYLU
D.Ü.T.F. E. Tıp Fak. Siyon Hast. ve
Klinik Mikrobiyoloji A.D.
Tescil No: 102265 Dip.No:9796

hazırlanmıştır

TEKNİK ŞARTNAME

9145 KORUYUCU ÖNLÜK

1. Önlük materyali ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek, ancak hava geçirgen dokuya sahip en az 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven sıvı geçirmez materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır. Yaka açıklığı velcro (cirt cirt) veya bağlamalı ip ile ayarlanabilir olmalıdır.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm olmalıdır.
11. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 5 adet numune bırakılmalıdır.
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dr. Yücel DEMİRAL
Dip.No:1808

Özlem AKIN-YILMAZ
Hemşirelik Hizm. Müdür Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/08/2020 15:12:48

TEKNİK ŞARTNAME

7727 NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ (PUDRASIZ)

1. Nitrilden imal edilmiş olmalıdır, latex (kauçuk) ihtiva etmez.
2. TS EN 455-1, TS EN 455-2, TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Mavi renk olmalıdır.
5. Pudrasız olmalıdır.
6. Sağ-sol ayrımı yoktur. Harici ele de giyilebilir olmalıdır.
7. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
8. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
9. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.
10. Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
11. Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
12. Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
15. 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
16. Ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
17. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalıdır.
19. Hipoallerjik olmalı.
20. CE belgesi bulunmalıdır.

Singül Kocak
B.Ü.

FORM NO: MYS_0053

Melike DURAN
Hemşirelik Hizm. Yrd.

Hülya Orpın

1/1

TEKNİK ŞARTNAME

9176 KORUYUCU GÖZLÜK (KİMYASALA DAYANIKLI)

1. Uzun müddetli takıldığı zamanlarda baskı oluşturmamalıdır, sızdırmazlığı sağlamalıdır.
2. Panoramik görüş alanına sahip olmalıdır.
3. Yırtılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir ve çıkarılabilir olmalıdır.
5. Dereceli gözlüklerle kullanılmaya uygun olmalıdır.
6. Kullanımı rahat hafif, sağlam ve esnek yapıda olmalıdır
7. Gerekğinde camları kolay değiştirilir.
8. Gözüğün bir havalandırma sistemi olmalıdır.
9. Koruyucu gözlük CE ? EN belgelerine haiz olmalıdır.
10. Değerlendirme için 2 adet numune verilmelidir.
11. Koruyucu gözlükler 1/5/2019 tarihli 30761 sayılı resmi gazete yayımlanan kişisel koruyucu donanım yönetmeliği hükümlerine (AE 2016/425) uygun olmalıdır.
12. Alınacak ürünler TS5560-EN166 standardına uygun olmalıdır.

DR. Y. DEMİRAL
DİP NO: 1608

Öğr. Gör. Uzm. Dr. Oya Ören KUTSOYLU
D.Ü. T.F. Enfeksiyon Hast. ve
Kl. Mikrobiyoloji A.D.
Tescil No: 102265 Dip No: 9796



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09/09/2020 14:20:38

TEKNİK ŞARTNAME

9226 NAYLON GALOŞ ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift lastikli olmalıdır.
2. Naylondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf renkte, su geçirmez olmalıdır.
4. Galoş ölçüleri : 40 x 50 cm olmalıdır.
5. Kalınlık : Ayak kısmı 140 mikron - Üst kısmı 70 mikron olmalıdır.
6. 45 numara ayakkabıya uygun olmalıdır.
7. Ayağa giyilmesi : Galoş önce çorap gibi hazırlanır. Çizme, bot veya ayakkabının önce burun ucundan başlanarak giyilebilir olmalıdır.
8. Dize kadar çekilir ve düzeltilir olmalıdır.
9. Lastikli kısımları ayak bileğini ve diz kapak altını iki yerden sarar ve çıkmasını engelleyici olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
11. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Melike DURAN
Hemşirelik Hizm. Müdür Yrd.

Aylin ÇANDARLI
Hemşirelik Hizm. Müdür Yrd.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19/06/2020 09:45:55

TEKNİK ŞARTNAME

9177 OMUZ KORUMALI NAYLON ELDİVEN

1. %100 polietilen yapıda olmalıdır.
2. Sıvı geçirmez özellikli olmalıdır.
3. Uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
4. Kalınlığı 25 mikrondan az olmamalıdır.
5. Numuneye olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 10 adet numune bırakılmalıdır.

FORM NO: MYS_0053

DEMİRAL
Dip.No: 608

Öğr.Gör. Uzm.Dr. Ö. Eren KUTSOYLU
DÜ.T.F. Enfeksiyon Hast. ve
Kı. Mikrobiyoloji A.D.
Tescil No: 102265 Dip.No: 9796