



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204012

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/09/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GİGLİ TEL -WIRE SAW- 50 CM.	150,00	ADET
2	MEBRANE SU YASTIGI	10,00	ADET

TEKLİF NO : 20204012
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0012.000	GIGLI TEL -WIRE SAW- 50 CM.	ADET	150
301.0031.000	MEBRANE SU YASTIGI	ADET	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3790) GIGLI TEL -WIRE SAW- 50 CM.

Açıklama : GIGLI TEL -WIRE SAW- 50 CM.

1. Gigli telleri ostenitik paslanmaz çelikten ve 40 hrc rockwell sertliğinde imal edilmiş olmalıdır.
2. Kesme alanının müsait oluşuna göre 30 cm ve 50 cm boylarında ve 1.2 mm kalınlığında imal edilmiş olmalıdır.
3. Gigli telinin her 2 ucu iç çapı yuvarlak sarımlı bitirilmiş olmalıdır.(gigli telinin tutulmasını sağlar)
4. Ürün solüsyonlara dayanıklı olmalıdır.
5. Teklifte birlikte ilgili bölümden uygunluk alınmalıdır.

(6585) MEBRANE SU YASTIGI

Açıklama : MEBRANE SU YASTIGI

1. Hastanede kullanılmakta olan ESWL cihazına uygun olmalıdır.
2. Orjinal latex malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Hastalarda alerjiye sebebiyet vermemelidir.
4. Ürünün üst tarafında hava ve fazla suyun tahliyesi için hortum çıkışı olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün UBB kaydına haiz olmalıdır.
6. Firmalar teklif ile birlikte TSE Hizmet Yeterlilik belgelerini sunacaktır.
7. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.