



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

21/09/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204399

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA ŞÜRETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/09/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PEELING (%50 GLIKOLİK ASİT İÇERİKLİ)	1,00	KUTU
2	PEELING (%35 GLIKOLİK ASİT İÇERİKLİ)	1,00	KUTU
3	PEELING (%20 GLIKOLİK ASİT İÇERİKLİ)	1,00	KUTU
4	AKNE PEELING	1,00	KUTU
5	LEKE PEELING	1,00	KUTU
6	PEN İGNE (10'LU KUTU)	2,00	ADET
7	27G X 50 MM KANUL	2,00	ADET
8	KEMİK USTU HA DOLGU (SUBSKIN)	5,00	KUTU
9	DUDAK DOLGUSU HA	5,00	KUTU
10	NAZOLABIAL DOLGU	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20204399

NOT :

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0072



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

21/09/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204399

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SÜRETIYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/09/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	PRP KITI	5,00	ADET
12	MEZOTERAPI İGNESİ (33 G X 4 MM)	100,00	ADET
13	SOMON DNA DOLGUSU	1,00	KUTU
14	SAC MEZOTERAPI KITI	3,00	KUTU
15	KABIN URUNU SETİ	1,00	ADET

TEKLİF NO : 20204399

NOT :

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS-72

KABİN ÜRÜNÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hassas ciltler için maske şartnamesi:

1. Ciltte oluşan kızarıklık, yanma, kaşıntı gibi hassasiyet problemlerinin giderilmesine yardımcı, cildin sakinleşmesini sağlama etkisine sahip maske olmalıdır.
2. Kolay kullanımlı olmalıdır.
3. Maske formu krem yapıda olmalıdır.
4. Maske içeriği: Aqua, Helianthus Annuus seed oil, Glycerin, Propylene glycol, Biosaccharide Gum-2, Caprylic capric triglyceride, PEG-7 Glyceryl cocoate, Calendula officinalis flower extract, Chamomille recutita extract, Rosmarinus officinalis leaf extract, Aloe barbadensis leaf powder, Menthyl lactate, Tocopheryl, PEG/PPG-14/4 Dimethicone, Polyacrylamide, Alloyl Acrylate Crosspolymer, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, BHA, Parfum etken maddelerden oluşmalıdır.
5. Maske sunumu profesyonel uygulamalar için; kavanoz içinde 500 ml olmalıdır.
6. Maske hassas ciltlerle birlikte tüm cilt tiplerine uygun olmalıdır.

SAÇ MEZOTERAPİSİ

1. Saç bölgesi için kullanımı kolay olmalıdır.
2. Saçların yaşlanma sürecini durdurarak saç dökülmesini engelleme, mikrosirkülasyonu canlandırma, saç köklerini besleme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Mezoterapi ürünü 4 aktif bileşen içermelidir.
4. Biotin, Gingko Biloba extract, adenosina, pentenal etken maddelerinden oluşmalıdır.
5. Kutu içinde, steril şişe içinde 5 adet x 5ml flakon şeklinde olmalıdır.
6. Şişelerin havayla teması olmamalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185



SOMON DNA DOLGUSU

1. Class III CE sertifikasyonuna sahip olmalıdır
2. İntradermal enjekte edilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Yüz, boyun, dekolte, el, kol, sırt, göğüs, karın, göbek çevresi, basen, kalça ve saç problemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
4. İnce kırışıklıkların düzeltilmesi, cilt gençleştirme, yoğun nemlendirme, cilt dokusu onarımı, antioksidan, selülit ve saç problemlerinde kullanılmalıdır.
5. İçeriğinde yüksek polimerli sodyum deoksiribonükleotid, sodyum klorid, disodyum fosfat, sodyum edetat ve çapraz bağısız sodium hyaluronate 2.5 mg/ml yer almalıdır.
6. Kutu içi steril 5 adet flakon şeklinde olmalıdır.
7. Her flakon 3ml olmalıdır.
8. Tüm cilt tiplerine uyumlu olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185



MEZOTERAPI İĞNESİ (33Gx4MM)

1. İntradermal uygulamalarda kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.
2. Mikro iğne Özelliğinde sahip olmalıdır.
3. Geniş iç çapa sahip olmalıdır.
4. Kanül deliğinin kesici kenarı maksimum kayganlığa sahip olmalıdır.
5. Bir kutu içinde 100 adet 33Gx4mm iğne olmalıdır.
6. İğneler steril paket içinde olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185



PRP (PLATET RICH PLASMA) KITI

- 1) Sa, cilt ve vücutta ok endikasyonlu kullanılabılme özelliğine sahip olmalıdır.
- 2) Alopesi ariata, scar, yara izleri, foto yaşılanma, depigmentasyon, keratoz, ince çizgiler, yoğun nem, lifting, antiaging, yara izi, yanık izleri, vücut atlaklarında etkili olmalıdır.
- 3) Kolay kullanımlı olmalıdır.
- 4) P.R.P tüpün orta bölümü dar boğazlı olmalıdır.
- 5) P.R.P tüp kapağında kan ekleme ve ayrıışmış buffy coat'un alınacağı 2 ayrı bölüm olmalıdır.
- 6) P.R.P tüpün alt bölümü vidalı, çevirme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7) P.R.P tüpü kapalı ve havayla teması olmamalıdır.
- 8) P.R.P tüpü steril bir şekilde paketlenmiş, tek kullanımlık olmalıdır.
- 9) P.R.P tüpü son kullanma tarihi bitene kadar oda ısısında saklanabilmelidir.
- 10) P.R.P. tüpleri santrifüj edilme özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185




NAZOLABIAL HA DOLGU

- 1- Yüz bölgesi derin kırışıklıklar, nasolabial çukurlar, yüz kontürü, yanak, çene, dudak kontürü ve hacim için kullanılmalıdır.
- 2- İçeriği %90 çapraz bağlı hyalüronik asit olmalıdır.
- 3- İçeriği %10 çapraz bağısız hyalüronik asit olmalıdır.
- 4- Hyalüronik asit konsantrasyonu 20 mg/ml olmalıdır.
- 5- Partikül sayısı 8.000 olmalıdır.
- 6- Hyalüronik asit çapraz bağlanma oranı %90 olmalıdır.
- 7- 1 kutu içinde: 1 adet İmi enjektör, 2 adet 30G x 1/2 iğne olmalıdır.
- 5- Ciltte kalıcılık süresi 8-12 ay olmalıdır.
- 9- E-brid teknolojisiyle üretilmiş, 3 boyutlu dolgu özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

Dip. Tescil No: 51040-84185



DUDAK HA DOLGUSU

- 1) Yüz bölgesi orta deri kırışıklıkları, glabel çizgiler, oral komissür, dudak çevresi ve hacim için kullanılmalıdır.
- 2) İçeriği %90 çapraz bağlı hyalüronik asit olmalıdır.
- 3) İçeriği %10 çapraz bağısız hyalüronik asit olmalıdır.
- 4) Hyalüronik asit konsantrasyonu 20 mg/ml olmalıdır.
- 5) Partikül sayısı 90.000 olmalıdır.
- 6) Hyalüronik asit çapraz bağlanma oranı %90 olmalıdır.
- 7) 1 kutu içinde: 1 adet lmi enjektör, 2 adet 30G x 1/2 iğne olmalıdır.
- 8) Ciltte kalıcılık süresi 6-12 ay olmalıdır.
- 9) E-brid teknolojiyle üretilmiş, 3 boyutlu dolgu özelliğine sahip olmalıdır

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185



KEMİK ÜSTÜ HA DOLGU (SUBSKIN)

1. Yüz konturları; çene-yanak şekillendirme, lipoatrofi skar ajanları ve el rejuvenasyonu, hacim için kullanılmalıdır.
2. İçeriği %90 çapraz bağlı hyalüronik asit olmalıdır.
3. İçeriği %10 çapraz bağısız hyalüronik asit olmalıdır.
4. Hyalüronik asit konsantrasyonu 20 mg/ml olmalıdır.
5. Partikül sayısı 2.000 olmalıdır.
6. Hyalüronik asit çapraz bağlanma oranı %90 olmalıdır.
7. 1 kutu içinde: 3 adet 1 ml enjektör, 1 adet 21G iğne, 1 adet 21G kanül olmalıdır.
8. Ciltte kalıcılık süresi 12-18 ay olmalıdır.
9. E-brid teknolojisiyle üretilmiş, 3 boyutlu dolgu özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185




27G x 50 MM KANÜL

1. Hipodermal dokuların hasarını azaltarak daha yumuşak enjeksiyonu sağlar.
2. Geniş iç çapa sahip olmalıdır.
3. Kanül deliğinin kesici kenarı maksimum kayganlığa sahip olmalıdır.
4. Bir kutu içinde 24 adet olmalıdır.
5. Kanül ve rehber iğne steril paket içinde olmalıdır.
6. Her paket içinde 1 adet 27Gx50mm künt kanül ve 26Gx13mm kılavuz iğne olmalıdır.
7. Kanül üzerinde derinlik ayarını gösteren derinlik ayar çizgileri olmalıdır.
8. Kanül üzerinde kanül deliğinin yönünü gösteren rehber nokta olmalıdır.
9. Dolgu uygulamalarında kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

Dip. Tescil No: 51040-84185



PEN İĞNE

1. Mesopen Pro cihaz ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Mesopen Pro iğnesi 1 kutu içinde 10 adet şeklinde olmalıdır.
3. Mesopen Pro iğne başlığında 12 adet iğne olmalıdır.
4. Mesopen Pro iğneleri steril paket içinde olmalıdır.
5. Mesopen Pro iğneleri paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
6. Mesopen Pro iğneleri non-pyrogenic olmalıdır.
7. Mesopen Pro iğneleri tek kullanımlık olmalıdır.
8. Mesopen Pro iğneleri transdermal uygulamalarda kullanıma özelliğine sahip olmalıdır.
9. Mesopen Pro iğne paketi üzerinde lot, ref ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185



LEKE PEELİNG

1. Depigmentasyon tedavisinde etkili kombine peeling olmalıdır.
2. Kolay kullanımlı olmalıdır.
3. Dört kimyasal asit karışımından oluşmalıdır.
4. İçeriğinde tran3examic acid %3, azelaik asit %20, resorsinol %10, fitik asit %6 propylene glycol, aqua oluşmalıdır.
5. pH derecesi 1,3 olmalıdır.
6. Bir kutu içinde: kimyasal peeling 50 ml şişede, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylsotiazolinone-methylchloroisothiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanıma özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185



AKNE PEELİNG

1. Akne tedavisinde etkili kombine peeling olmalıdır.
2. Kolay kullanımlı olmalıdır.
3. İki kimyasal asit karışımından oluşmalıdır.
4. İçeriğinde azelaik asit %20, salisilik asit %20, alcohol, propylene glycol, PEG-8, hydroxypropylcellulose bulunmalıdır.
5. pH derecesi 1,5 olmalıdır.
6. Bir kutu içinde: kimyasal peeling 50 ml şişede, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylthiazolinone-methylchloroisothiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51090-84185



PEELİNG (%20 GLİKOLİK ASİT İÇERİKLİ)

1. %20 glikolik asit konsantrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
2. Cilt yaşlanma problemlerinin 1.evresinde, ton dengesizliği, ifade çizgileri ve yüzeysel kırışıklıkların açılmasında etkili olmalıdır.
3. Kolay kullanımlı ve tamponlu olmalıdır.
4. %20 glikolik asit pH derecesi 1,8 olmalıdır.
5. Bir kutu içinde: %20 glikolik asit 50 ml şişe, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
6. %20 glikolik asit içeriğinde: glycolic acid, propylene glycol, arginine, hydroxyethylcellulose, glycine, PEG-40 hydrogenated castor oil olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylthiazolinone-methylchlorisothiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185



PEELİNG (%35 GLİKOLİK ASİT İÇERİKLİ)

1. %35 glikolik asit konsantrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
2. Cilt yaşlanma problemlerinin 2.evresinde, ton dengesizliği, ifade çizgileri ve yüzeysel kırışıklıkların açılmasında etkili olmalıdır.
3. Kolay kullanımlı ve tamponlu olmalıdır.
4. %35 glikolik asit pH derecesi 1,8 olmalıdır.
5. Bir kutu içinde: %35 glikolik asit 50 ml şişe, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
6. %35 glikolik asit içeriğinde: glycolic acid, propylene glycol, arginine, hydroxyethylcellulose, glycine, PEG-40 hydrogenated castor oil olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylthiazolinone-methylchloroisoethiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Dip. Tescil No: 51040-84185



PEELİNG (%50 GLİKOLİK ASİT İÇERİKLİ)

1. %50 glikolik asit konsantrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
2. Cilt yaşlanma problemlerinin 3.evresinde, orta derece foto yaşlanma, cilt gevşekliği, açık gözenekler, orta derece diskromi, yüzeysel aknelar ve orta derece çizgilerin giderilmesinde etkili olmalıdır.
3. Kolay kullanımlı ve tamponlu olmalıdır.
4. %50 glikolik asit pH derecesi 1,8 olmalıdır.
5. Bir kutu içinde: %50 glikolik asit 50 ml şişe, 50ml nötralizan ve 5ml kimyasal peeling ölçü kabı olmalıdır.
6. %50 glikolik asit içeriğinde: glycolic acid, propylene glycol, arginine, hydroxyethylcellulose, glycine, PEG-40 hydrogenated castor oil olmalıdır.
7. Nötralizan sprey şeklinde olmalıdır.
8. Nötralizan 6 aktif bileşen içermelidir: aloe barbadensis leaf extract, sodium bicarbonate, menhylsotiazolinone-methylchloroisothiazolinone içeriği olmalıdır.
9. Tüm cilt tipleri için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Emel ÇALIKOĞLU

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

Şiş. Tescil No: 51040-84185

