



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20242424

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/04/2024 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ALKOLLU YUZEY DEZENFEKTANI	250,00	LİTRE
2	CATAL IGNE	25.000,00	ADET
3	CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ	800.000,00	ADET
4	CAM PASTEUR PİPETİ (5'Lİ PAKET) (STERİL TEK KULLANIMLIK)	35,00	ADET
5	TUP STERİL 14 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)	200,00	ADET
6	96 CUKURLU DUZ TABANLI ELİZA PLAGI	25,00	ADET
7	TEL SUZGEC 25 CM CAPLI	10,00	ADET
8	KORUYUCU ONLUK	10.000,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20242424

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20242424

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/04/2024 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
9 NAYLON ELDIVEN (ADET)	300.000,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20242424

NOT : ÖDEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/8

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0008.000	ALKOLLU YUZEY DEZENFEKTANI	LİTRE	250
298.0018.000	CATAL IGNE	ADET	25000
298.0059.000	CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ	ADET	800000
293.0123.000	CAM PASTEUR PİPETİ (5'LI PAKET) (STERİL TEK KULLANIMLIK)	ADET	35
293.0134.000	TUP STERİL 14 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)	ADET	200
293.0154.000	96 CUKURLU DUZ TABANLI ELIZA PLAGI	ADET	25
305.0029.000	TEL SUZGEC 25 CM CAPLI	ADET	10
298.0382.000	KORUYUCU ONLUK	ADET	10000
298.0591.000	NAYLON ELDIVEN (ADET)	ADET	300000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3879) 96 CUKURLU DUZ TABANLI ELIZA PLAGI

Açıklama : 96 CUKURLU DUZ TABANLI ELIZA PLAGI

- 96 delikli olmalıdır.
- Şeffaf olmalıdır.
- Saf polistirenden üretilmiş olmalıdır.
- Gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.
- ELISA çalışmak için uygun olmalıdır.
- Orta bağlama kapasiteli olmalıdır.
- Ürün ambalajlı olup üzerinde barkd basılmış olmalıdır.
- Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.

(9145) KORUYUCU ONLUK

Açıklama : KORUYUCU ONLUK

- Önlük materyali TS EN 14126 standardına uygun, ortamdaki oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek sıvı itici özelliği olan, hava geçirgen dokuya sahip en az 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven SMS (Spunband Meltdown Spunbon) materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.
- Önlükler uzun kollu olmalıdır.
- Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.

6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır. Yaka açıklığı velcro (cırt cırt) veya bağlamalı ip ile ayarlanabilir olmalıdır.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm (± 5 cm) olmalıdır.
11. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
12. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 5 adet numune bırakılmalıdır
13. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Tek beden xl olmalıdır. Boyu diz altına kadar standart beden olmalıdır.

(238) NAYLON ELDIVEN (ADET)

Açıklama : NAYLON ELDIVEN (ADET)

1. Eldiven şeffaf naylondan olmalıdır.
2. Boyutu standartlara uygun ve large boy olmalıdır.
3. Giyerken yırtılmayacak dayanıklılıkta olmalıdır.
4. Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilebilir olmalıdır.
5. Paketler 100 'lük ambalajlarda olmalıdır üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
6. Numuneler denendikten sonra uygunluk verileceği için 5 paket ürün bırakılmalıdır.
7. Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(3799) CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ

Açıklama : CERRAHI MUAYENE ELDIVENİ

1. Ten rengini andıran kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. TS EN 455-1, TS EN 455-2, TS EN 455-3 nolu standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Eldivenin içi pudralı olmalıdır.
5. Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.
6. Tek hamlede giyip çıkarmada eldivenlerde yırtılma ve parçalanma olmamalıdır.
7. Eldiven içinde ve dışında imalat atığı kırıntı ve toz bulunmamalıdır.

- Boyutları standartlara uygun olmalıdır.
- Giyildiğinde her iki ele uyum göstermelidir.
- Konçlar sıkı ve bilekten düşmeyecek özellikte olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde üretim tarihi, markası, adeti, son kullanım tarihi, lot numarası ve barkot bulunmalıdır.
- 100'lük ambalajlarda uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
- Ürünler hastaanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle Small, Medium ve Large boyutlarda 3'er paket orjinal ürün numune olarak bırakılmalıdır.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- CE belgesi bulunmalıdır.

(5815) CAM PASTEUR PİPETİ (5'LI PAKET) (STERİL TEK KULLANIMLIK)

Açıklama : CAM PASTEUR PİPETİ (5'LI PAKET) (STERİL TEK KULLANIMLIK)

- Fare embriyo testinden geçirilmiş olmalıdır.
- LAL testinden geçirilmiş olmalıdır.
- Uzunluğu 5" olmalıdır.
- Steril ambalajlarda olmalıdır.
- Pipetler gamma irradyasyonla sterilize edilmiş olmalıdır.

(5473) TUP STERİL 14 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)

Açıklama : TUP STERİL 14 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)

- Volümü 14 ml. olmalıdır.
- Yüksekliği 100 mm. olmalıdır.
- Çapı 17 mm. olmalıdır.
- Kapak iki aşamada kapanmalıdır. İlk kapama hava girişine olanak vermeli ikinci kapamada ise hava girişi olmamalıdır.
- Polistirenden yapılmış olmalıdır.
- Steril bir şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır.
- Gamma irradyasyonla sterilize edilmiş olmalıdır.
- Dibi yuvarlak olmalıdır.
- RCF ratingi 1400 olmalıdır.
- Nonpirojenik olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numuneleri getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(10626) CATAL IGNE

Açıklama : CATAL IGNE

1. Çatal iğne boyu dıştan dışa 55 mm (± 2 mm) olmalıdır.
2. Çatal iğne tel çapı en az 1 mm ve tel gereci yaylanma özelliği olan, bükülmeyen, nikel kaplı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. 134°C otoklava dayanıklı, otoklav esnasında rengini ve özelliklerini kaybetmeyen, paslanmaya karşı dirençli yapıda olmalıdır.
4. Kutu içeriği yığıntı ve çökme olarak doldurulmamalıdır.
5. Çatal iğneler en az 100-200-300 ve 400 adetlik kutular içinde ve her biri 10 adetlik demetler halinde paketlenmiş olmalıdır.
6. Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, ürün standardı ve numarası, katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Üretici firma hastanemizde denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 1 kutu orijinal (100 adet) numune temin etmelidir.
8. Numune olarak bırakılan ürünler için; şartnamede belirtilen teknik özellikler kontrol edilerek ve hastanemizin sterilizasyon ünitesinde denenerek uygunluk kararı verilecektir.

(8799) ALKOLLU YUZEY DEZENFEKTANI

Açıklama : ALKOLLU YUZEY DEZENFEKTANI

1. Ürün alkol bazlı ve kullanıma hazır olmalıdır. %60-95 oranında etanol, n-propanol, isopropanol gibi alkol türevlerini içermelidir.
2. Ürünün ihale tarihinde geçerli ÜTS/Biosidal ruhsatı olmalı, teklifle birlikte aslı ya da noterden onaylı bir örneği sunulmalıdır.
3. Aldehit, formaldehit, fenol türevleri içermemelidir.
4. Mikrobiyolojik etkinlik raporları sunulmalıdır.
5. Yüzeye hasar vermemeli, leke ve korozyon oluşturmamalıdır.
6. Rahatsız eden ve çalışmayı engelleyen koku içermemelidir.
7. Uygulandığı yüzeyde herhangi bir atık ve leke bırakmadan kendiliğinden hızla kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
8. Her ürün ambalajının üzerinde görünür şekilde üretim tarihi, lot numarası, son kullanım tarihi bilgileri ve barkodu yer almalıdır.
9. Üründe depolama süresince tortu ve çökelti oluşmamalıdır.
10. Solüsyon en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
11. Değerlendirme için 3 adet ürün bırakılmalıdır. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır. Bidonlar kilitli kapaklı olmalı, 1 litrelik ambalajlı ürünler kullanım sırasında yüzeye püskürtmeyi sağlamak amacıyla 3 adet sprey başlığı ile bırakılmalıdır.
12. Depoya teslim edilecek ürün özellikleri : İhale uhdesinde kalan firma, depoya ürünü, bir (1) litrelik sprey başlıklı şişe şeklinde (orijinal haliyle) teslim edilmelidir. Satın alınan miktarın teslim edildiği her bir partide bu oran korunarak teslimat yapılmalıdır.

13. Numune ürünler ile aşağıda belirtilen bilgileri içeren, sadece ürüne özel eksiksiz bir dosya teslim edilmelidir.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından onaylanacaktır.
15. Ürünlerin depoya teslimi sırasında Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görüldüğü takdirde komitenin belirteceği bir laboratuvardan ücreti firmaya ait ve alınacak miktarın %1'ini geçmemek kaydıyla analiz yaptırılabilir.
16. İSTENİLEN BİLGİLER
 - 16.1. a. Etken ve yardımcı maddelerde, bitmiş üründe stabilite testleri, şartları, kontrol yöntemleri, sonuçları ve değerlendirilmesi.
 - 16.2. b. Ürünün kullanma süresi ve saklama koşulları
18. 1. Prospektüs Bilgileri :
 - 18.1. a. Ticari adı,
 - 18.1. b. Formül mg/lt ya da % olarak,
 - 18.2. c. Etkiye ilişkin bilgi (etkili olduğu hedef mikroorganizmalar),
 - 18.3. d. Kullanım yeri ve buna göre düzenlenen talimat (şekil, yol, dilüsyon, zaman vs),
 - 18.4. e. Kullanılması sakıncalı yollar,
 - 18.5. f. İstenmeyen etkileri,
 - 18.6. g. Diğer maddeler ile etkileşimleri
 - 18.7. h. Özel saklama şekli,
 - 18.8. i. Kullanıcılar için gerekli uyarılar ve korunma yöntemleri
 - 18.9. j. LD 50 değeri,
 - 18.10k. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu (gerekliğinde Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) ücretsiz 114 nolu özel telefonu arama uyarısı)
 - 18.11i. Kullanma süresi (açılmamış orijinal ambalajda, açılmış ambalajda ve seyreltilmiş üründe)
 - 18.12m. İzin sahibi firma adı adresi (ithal ürün prospektüslerinde üretici firma adı ve adresi) belirtilmelidir,
 - 18.13n. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
19. 2. Etiket ve Ambalaj Bilgileri :
 - 19.1. a. Ticari adı,
 - 19.2. b. İmalatçı ve ithalatçı adı-adresi
 - 19.3. c. Etken madde adı (INN)
 - 19.4. d. Ruhsat tarihi ve sayısı
 - 19.5. e. Etken madde adı ve miktarı (mg/lt ya da % olarak)
 - 19.6. f. Kullanım amacı ve kullanım talimatı
 - 19.7. g. Üretim ve son kullanım tarihi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

19.8. h. Seri no

19.9. i. Miktar

19.10j. Genel uyarılar ve sınıfa uygun tehlike uyarı işareti

19.11k. LD 50 değeri

19.12i. Zehirlenme belirtileri, tedavisi varsa özel antidotu ve uyarı yazısı

19.13m. Barkod.

(5447) TEL SUZGEC 25 CM CAPLI

Açıklama : TEL SUZGEC 25 CM CAPLI

1. 26-28 cm çapında olmalıdır.
2. Tutma yeri ve karşısında kanca bulunmalıdır.
3. Gözenekleri sık olmalıdır.
4. Paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
5. Plastik parça içermemelidir.
6. Buhar ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
7. Kullanıcı bölüm tarafından en az 2 adet numune değerlendirilmelidir.
8. Ürün kutu veya poşet ambalajı olmalı, ürün adedi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
9. Ambalaj üzerinde ürün barkodu olmalıdır.